

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 12.10.2009r.

**Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/310/2009 pt.: „Dostawa
aparatury i sprzętu medycznego”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Dot. pakietu nr 8

Jednym z punktów opisujących parametry wymagane dla Holtera RR (Holtera ciśnienia krwi) Zamawiający podaje „Możliwość zablokowania wyświetlacza. Czy przez to sformułowanie należy rozumieć, iż wyświetlacz może być przesłonięty w czasie badania poprzez zastosowanie etui, tak aby pacjent nie obserwował wyników dokonywanych pomiarów?

ODPOWIEDŹ: Nie jest konieczne zastosowanie etui uniemożliwiające pacjentowi obserwowanie wyników dokonywanych pomiarów.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania holter RR bez możliwości zablokowania wyświetlacza?

ODPOWIEDŹ: Tak

Dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wysokości komór 10cm, ale posiadający tak samo dobre własności terapeutyczne jak materac o wysokości 12 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie

Czy Zamawiający dopuści materac o monolitycznej, zespolonej konstrukcji rurowej z regulacją ciśnienia w zakresie 40-100mmHg?

ODPOWIEDŹ: Nie

Dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik przyłóżkowy ruchomy niewyposażony w awaryjny przycisk STOP?

ODPOWIEDŹ: Nie

Czy w przypadku pakietu nr 1, którego przedmiotem jest dostawa klipsownicy z klipsami Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarancja na klipsy była rozumiana jako termin przydatności do użycia (jest to wyrób jednorazowy, sterylny)?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Dot. projektu umowy par.4 ust. 2 i 4

Czy w przypadku pakietu nr 1, Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tych ustępów?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Dot. projektu umowy par. 6 ust.1

Czy w przypadku pakietu 1 Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarancja była liczona od dnia dostawy przedmiotu zamówienia (protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia ma zastosowanie jedynie przy dostawie sprzętu)?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Dot. załącznika 2 do umowy (pkt3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do tego punktu „Wymiana elementu/podzespołu na nowy w przypadku: braku możliwości naprawy elementu/podzespołu **pod warunkiem, że uszkodzenie nastąpiło z winy użytkownika?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dot. załącznika 2 do umowy (pkt.6)

Czy w przypadku pakietu nr 1, którego przedmiotem jest dostawa klipsownicy z klipsami Zamawiający wyrazi zgodę, aby naprawa odbywała się wyłącznie w autoryzowanym serwisie Wykonawcy (koszt ewentualnych dojazdów serwisanta znacznie podniesie cenę oferty)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłużenie terminu realizacji z 21 dni wymaganych w SIWZ na 45 dni? Jeżeli nie, to na jakie maksymalnie wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania laryngoskop światłowodowy wyposażony w łyżeczki typu Macintosh o rozmiarach 90mm, 10mm oraz 130mm?

ODPOWIEDŹ: Tak

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania laryngoskop światłowodowy bez kompatybilnej z laryngoskopem ładowarki do akumulatorów, lecz z możliwością zasilania laryngoskopu czterema bateriami typu AA?

ODPOWIEDŹ: Nie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania worka samorozprężalnego wyposażony w zawór ciśnieniowy 40mm H₂O?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania resuscytator do wentylacji pacjentów z możliwością sterylizacji elementów resuscytatora w autoklawie w temp. 125°C z wyłączeniem worka, który nie jest przystosowany do sterylizacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza resuscytator z rezerwuarem tlenu jednorazowego użytku – pozostałe elementy muszą być przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temp. 134°C

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dozownik do tlenu z nawilżaczem z butlą z PC sterylizowaną z temp. 121°C?

ODPOWIEDŹ: Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby stół zabiegowy posiadał blaty wykonane ze stali nierdzewnej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, aby stół posiadał blaty wykonane ze stali nierdzewnej.

Czy Zamawiający wymaga, aby stelaż stoika zabiegowego był wykonany ze stali nierdzewnej czy lakierowanej proszkowo?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, aby był wykonany ze stali nierdzewnej.

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach: I=740mm, s=440mm, h=810mm?

ODPOWIEDŹ: Nie

Czy Zamawiający wymaga, aby stół zabiegowy został wyposażony w dwie uchylne miski?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, aby stół zabiegowy został wyposażony w dwie uchylne miski.

Czy Zamawiający dopuści taboret wykonany ze stali nierdzewnej na sprężynie gazowej z regulacją wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego o średnicy siedziska 35cm i podstawie jezdnej na 5 kołach, w tym dwa z blokadą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści opisany taboret pod warunkiem, że posiada tapicerowane, zmywalne siedzisko, odporne na środki dezynfekcyjne.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o trzech źródłach światła 24, 75W?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w jeden zdejmowany uchwyt do sterylizacji? Konstrukcja kopuły zapewnia pewny chwyt oraz pozycjonowanie.

ODPOWIEDŹ: Tak.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której natężenie oświetlenia wynosi 120 000 lux?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną zamiast dotykowego panelu w przełącznik ustawień parametrów pracy umieszczony przy podstawie lampy?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której temperatura barwowa wynosi 4200K?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem stosowanie wyładowczego lub halogenowego źródła światła.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku z powyższym przesunięty zostaje termin: wpłaty wadium, składania ofert oraz otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, kancelaria – pokój D-1-1 do 16.10.2009 do godziny 09:00.
- Wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego do godz. 08:30 dnia 16.10.2009.
- Otwarcie ofert nastąpi 16.10.2009r. o godzinie 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój B-1-3