

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 30.09.2009r.

**Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/310/2009 pt.: „Dostawa
aparatury i sprzętu medycznego”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Czy długość komór materaca przeciwoleżynowego w części zmiennociśnieniowej powinna być min. 10% większa od szerokości materaca, celem rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 pakietu zaoferowanie materaca bez funkcji stabilnego zagłówka?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 pakietu zaoferowanie materaca o wytrzymałości mechanicznej do 130 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pozycji 2 w/w pakietu: Czy w związku z wymogiem zaoferowania materaca do IV st. Odleżyn system ma być wyposażony w:

- funkcję pracy statycznej
- funkcję maksymalnego wypełnienia
- filtry antybakteryjne
- alarm dźwiękowy spadku ciśnienia
- pokrowiec z możliwością termicznej dezynfekcji do 120st. C

ODPOWIEDŹ: System ma być wyposażony w:

- funkcję pracy statycznej – w głowowej części wyściółki
- funkcję maksymalnego wypełnienia – tak
- filtry antybakteryjne – nie
- alarm dźwiękowy spadku ciśnienia – nie
- pokrowiec z możliwością termicznej dezynfekcji do 120 st.C – tak, z materiału wodoodpornego przepuszczającego parę.

Termin składania ofert, wpłaty wadium oraz otwarcia ofert nie ulegają zmianie.