

Pakiet nr 1 – Klipsy tytanowe

Lp.	opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT [%]	wartość brutto	kod/ producent
1.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłaniający. Prosty z wyszczuploną końcówką. Długość szczęki 3,0mm. Maks. Rozwarcie klipsa 3,3mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	20					
2.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Niewchłaniający. Prosty. Długość szczęki 3,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 3,3mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	20					
3.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłaniający. Prosty. Długość szczęki 5,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 4,0mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	20					
4.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłaniający. Prosty. Długość szczęki 7,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 4,6mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	20					
5.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłaniający. Lekko zagięty z wyszczuploną końcówką. Długość szczęki 2,8mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 3,2mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	12					

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

6.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłaniający. Lekko zagięty. Długość szczęki 4,7mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 3,8mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	12					
7.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłaniający. Lekko zagięty. Długość szczęki 6,6mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 4,4mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	20					
8.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłaniający. Lekko zagięty z wyszczupłą końcówką. Długość szczęki 4,7mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 3,8mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	12					
9.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niechłaniający. Zagięty. Długość szczęki 5,2mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 4,0mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	30					
10.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłaniający. Mocno zagięty. Długość szczęki 3,9mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 3,5mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	5					

11.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłaniający. Mocno zagięty. Długość szczęki 5,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 4,0mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	5					
12.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłaniający. Skośny. Długość szczęki 5,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 3,5mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	5					
13.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Trwały. Niewchłaniający. Skośny. Długość szczęki 6,3mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,0mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	5					
14.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Prosty. Długość szczęki 7,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,2mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	15					
15.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Prosty. Długość szczęki 9,0mm	Szt	15					

16.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Prosty. Długość szczęki 11,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 7,8mm. Siła zacisku 1,77N	Szt	15					
17.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Prosty. Długość szczęki 15,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 9,2mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	10					
18.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Prosty. Długość szczęki 17,5mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 10,6mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	5					
19.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Prosty. Długość szczęki 20,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 11,4mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	4					
20.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Lekko zagięty. Długość szczęki 6,5mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,0mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	20					

21.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil Standard. Niewchłaniający. Lekko zagięty. Długość szczęki 8,3mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,8mm. Siła zacisku 1,77N	Szt	12					
22.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Lekko zagięty. Długość szczęki 10,2mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 7,5mm. Siła zacisku 1,77N	Szt	12					
23.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Lekko zagięty. Długość szczęki 13,7mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 8,7mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	12					
24.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Lekko zagięty. Długość szczęki 15,3mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 9,8mm. Siła zacisku 1,77N	Szt	12					
25.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Zagięty. Długość szczęki 5,4mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 5,5mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	4					

26.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Zagięty. Długość szczęki 6,4mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,1mm. Siła zacisku 1,77N	Szt	4					
27.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Zagięty. Długość szczęki 8,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,5mm. Siła zacisku 1,77N	Szt	10					
28.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Mocno zagięty. Długość szczęki 10,5mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,2mm. Siła zacisku 1,77N	Szt	4					
29.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Zagięty pod kątem 45 stopni. Długość szczęki 6,1mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,5mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	8					
30.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Zagięty pod kątem 45 stopni. Długość szczęki 8,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 6,2mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	8					

31.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Zagięty pod kątem 45 stopni. Długość szczęki 10,6mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 7,8mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	4					
32.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil. Trwały. Niewchłaniający. Zagięty pod kątem 90 stopni. Długość szczęki 7,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 4,5mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	10					
33.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Zagięty pod kątem 90 stopni. Długość szczęki 10,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 5,6mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	4					
34.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Zagięty pod kątem 90 stopni. Długość szczęki 5,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 4,6mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	8					
35.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Skośny. Długość szczęki 7,0mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 5,7mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	4					

36.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Skośny. Długość szczęki 8,6mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 7,0mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	4					
37.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Skośny. Długość szczęki 11,4mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 8,0mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	2					
38.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Okienkowy (z otworem 3,5mm) Prosty. Długość szczęki 6/11,1mm. Maksymalne rozwarcie 7,4mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	5					
39.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Okienkowy (z otworem 3,5mm) Prosty. Długość szczęki 9/14,1mm. Maksymalne rozwarcie klipsa 8,4mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	1					
40.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Okienkowy (z otworem 3,5mm). Prosty. Długość szczęki 12/17mm. Maksymalne rozwarcie 9,6mm. Siła zacisku 1,77N	Szt	1					

41.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Okienkowy (z otworem 5,0mm) Prosty. Długość szczęki 6/12,7mm. Maksymalne rozwarcie 7,9mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	1					
42.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Okienkowy (z otworem 5,0mm) Prosty. Długość szczęki 9/15,7mm. Maksymalne rozwarcie 9,1mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	1					
43.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasergil Standard. Trwały. Niewchłaniający. Stały. Zagięty pod kątem 45 stopni. Długość szczęki 10/12,2mm. Maksymalne rozwarcie 7,8mm. Siła zacisku 1,77N	Szt	1					
44.	Klips stały do okluzji tętniaków mózgowych Standard. Trwały. Niewchłaniający. Okienkowy (z otworem o średnicy 5mm) Prosty. Długość szczęki 12/18,7mm. Maksymalne rozwarie 10,3mm. Siła nacisku 1,77N	Szt	1					
45.	Klips stały do okluzji tętniaków mózgowych Standard. Trwały. Niewchłaniający. Okienkowy (z otworem o średnicy 5mm) Boczny. Odgięty do góry pod kątem 90 stopni. Długość szczęki 5/6,7mm. Maksymalne rozwarcie 5,0mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	1					

46.	Klips stały do okluzji tętniaków mózgowych Standard. Niewchłaniający. Okienkowy (z otworem o średnicy 5mm) Boczny. Długość szczęki 7,5/12,4mm. Maksymalne rozwarście 7,8mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	1					
47.	Klips stały do okluzji tętniaków mózgowych Standard. Niewchłaniający. Okienkowy (z otworem o średnicy 5mm) Boczny. Odgięty do dołu pod kątem 90 stopni. Długość szczęki 5/6,7mm; Maksymalne rozwarście 5,0mm. Siła zacisku 1,47	Szt	1					
48.	Klips stały do okluzji tętniaków mózgowych Standard. Niewchłaniający. Okienkowy (z otworem o średnicy 5mm) Boczny. Szczęki odgięte do góry pod kątem 90 stopni. Długość szczęki 10/6,7mm. Maksymalne rozwarście 5,0mm. Siła zacisku 1,47N	szt	1					
49.	Klips stały do okluzji tętniaków mózgowych. Standard. Niewchłaniający. Okienkowy (z otworem o średnicy 5mm) Boczny. Szczęki odgięte do dołu pod kątem 90 stopni. Długość szczęki 10/6,7mm. Maksymalne rozwarście 5,0mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	1					
50.	Klips stały do okluzji tętniaków mózgowych Standard. Trwały. Niewchłaniający. Okienkowy (z otworem o średnicy 5mm) Boczny. Długość szczęki 5/10,4mm. Maksymalne rozwarście 7,0mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	1					

51.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Czasowy. Prosty. Długość szczęki 9,0mm. Maksymalne rozwarście klipsa 7,0mm. Siła zacisku 0,88N	Szt	1					
52.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Czasowy. Prosty. Długość szczęki 15,0mm. Maksymalne rozwarście klipsa 9,2mm. Siła zacisku 0,88N	szt	1					
53.	Klips tytanowy stały. Oczkowy (z otworem o średnicy 5mm) Z poprzeczką typ T-Bar. Długość poprzeczki 5,0mm. Kąt zagięcia poprzeczki 45 stopni. Maksymalne rozwarście 5,5mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	2					
54.	Klips tytanowy stały. Oczkowy (z otworem o średnicy 5mm) Z poprzeczką typu T-BAR. Długość poprzeczki 9,0mm. Kąt zagięcia poprzeczki 45 stopni Maksymalne rozwarście 5,5mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	2					
55.	Klips tytanowy stały. Oczkowy (z otworem o średnicy 5mm) Z poprzeczką typu T-BAR. Długość poprzeczki 5,0mm. Kąt zagięcia poprzeczki 90 stopni. Maksymalne rozwarście 5,5mm. Siła zacisku 1,47N	Szt	4					
56.	Klips tytanowy stały. Oczkowy (z otworem o średnicy 5mm) Z poprzeczką typu T-BAR. Długość poprzeczki 9,0mm. Kąt	Szt	4					

	zagięcia poprzeczki 90 stopni. Maksymalne rozwarście 5,5mm. Siła zacisku 1,47N							
57.	Klips tytanowy stały. Oczkowy (z otworem o średnicy 5mm) Z poprzeczką typu T-BAR. Długość poprzeczki 13,0mm. Kąt zagięcia poprzeczki 90 stopni. Maksymalne rozwarście 5,5mm. Siła zacisku 1,77N	Szt	2					
58.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Standard. Stały. Kształt kaskadowy. Długość szczęki 7,0mm. Maksymalne rozwarście klipsa 7,9mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	4					
59.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil. Standard. Stały. Kształt kaskadowy. Długość szczęki 9,0mm. Maksymalne rozwarście klipsa 8,7mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	4					
60.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil. Stały. Kształt kaskadowy. Długość szczęki 12,0mm. Maksymalne rozwarście 10,2mm. Siła zacisku 1,96N	Szt	1					
61.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Stały. Kształt kaskadowy. Długość szczęki 4,0mm. Maksymalne rozwarście 7,0mm. Siła zacisku 1,08N	Szt	1					
62.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych typ Yasargil Mini. Stały. Kształt kaskadowy. Długość szczęki 7,0mm.	Szt	5					

	Maksymalne rozwarcie 5,7mm. Siła zacisku 1,08N							
63.	Klips tytanowy do okluzji tętniaków mózgowych Yasargil Mini. Czasowy. Zagięty pod kątem 45 stopni. Długość szczęki 7,0mm. Maksymalne rozwarcie 4,5mm. Siła zacisku 0,69N	Szt	2					
				RAZEM:				

Każdy klips powinien być sterylnie pakowany tak by była możliwość identyfikacji przez opakowanie. Każdy klips winien zawierać dodatkowe etykiety wraz z numerem produktu oraz indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Dodatkowe etykiety muszą służyć jako elementy dołączone do dokumentacji.

KIEROWNIK
Katedry i Klinicznego Centrum Neurochirurgii
Prof. dr hab. Henryk Majchrzak

Wymagana dokumentacja:

Pozycja nr 1

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,

Pozycja nr 8

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,

- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 2

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 3

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 5

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 6

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 7

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 14

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,

- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 9

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 10

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 11

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 12

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 13

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 21

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 15

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 16

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 17

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 18

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 19

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 20

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 27

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 22

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 23

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 24

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 25

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 26

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 34

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 28

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 29

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 30

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 31

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 32

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 33

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 40

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 35

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 36

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 37

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 38

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 39

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 47

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 41

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 42

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 43

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 44

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 45

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 46

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 53

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 48

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 49

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 50

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 51

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 52

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 60

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 54

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 55

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 56

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 57

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 58

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 59

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 61

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,

Pozycja nr 62

- Oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu str.....oferty,
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty.