

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 16.09.2009r.

Wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego
WSS5/EP/195/2009 na dostawę klipsów naczyniowych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wymiary klipsów w tolerancji od +/- 1% do +/- 15%?

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści klipsy niesterylne?

Ad.1. Tak, Zamawiający dopuści wymiary klipsów o tolerancji od +/- 1% do +/- 15%.

Ad.2. Każdy klips powinien być sterylne pakowany tak, by była możliwość identyfikacji przez opakowanie.