

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 14.10.2009r.

**Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/252/2009 pt.: „Dostawa
implantów i endoprotez”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednoczony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Dot. pakiet 58

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozmiarów od 9-13mm w dwóch wersjach kątowych 0 i 6 stopni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rozmiarów 9-13mm w dwóch wersjach kątowych 0 i 6 stopni.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oferty o płytki do dalszej nasady kości promieniowej o średnicach śrub blokowanych i nieblokowanych 2,5 mm (parametry techniczne zgodne z opisem)?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Prosimy o dopuszczenie następujących rozwiązań:

Pakiet 29:

a.) bezpieczne mocowanie w kręgach szyjnych, zapobiegające krzyżowaniu się implantów przy stabilizacjach wielopoziomowych - na płycie górnej kolce stabilizujące, na płycie dolnej grzbiet kotwiczący;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 36:

a.) pręty tytanowe o średnicy 5,5mm i długości 40-500mm;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 40:

a.) cement o zminimalizowanym czasie mieszania oraz oczekiwania na stężenie;

b.) wyposażenie zestawu: dwie igły transpedikularne, cement, rurka łącząca, pompa z manualnym podajnikiem oraz zaworem bezpieczeństwa;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 43:

- a.) śruby o średnicy od 4,5mm;
- b.) wszystkie haki laminarne i pedikularne o sztywnej konstrukcji;
- c.) ze względu na szeroką gamę ponad 20 rozmiarów pręty bez łącznika równoległego;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 46:

- a.) implant o skosie powierzchni 5 stopni oraz szerokości 26 i 30mm;
- b.) wysokość implantu 7-17mm, stopniowana co 2mm;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet nr 29

1. Czy Zamawiający dopuszcza mocowanie implantu w trzonkach za pomocą min. 6 zębów fiksujących na każdą płytkę graniczną ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet nr 37

- 1. Czy Zamawiający dopuszcza śruby o średnicy w zakresie 4.0 mm do 7.0mm zeskakiem co 1mm?**
- 2. Czy Zamawiający dopuszcza element blokująco-zabezpieczający o gwinciu prostokątnym ?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 41

1. Czy Zamawiający dopuszcza mocowanie w kości potylicznej za pomocą płyty potylicznej ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.