

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 20.10.2009r.

**Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/252/2009 pt.: „Dostawa
implantów i endoprotez”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Dot. pakietu 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wielopoziomowego rozplanowania rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników z uwagi na fakt, iż na stole operacyjnym przed operacją i tak trzeba będzie je rozdzielić, gdyż trudno jest wyjmować narzędzia ze statywu przykrytego tacą z implantami? Prosimy o możliwość dopuszczenia oddzielnego statywu na narzędzia i tacy na implanty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie oddzielnego statywu na narzędzia i tacy na implanty.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie depozytu tj. po 1 szt. gwoździ z rozmiarów najczęściej stosowanych, uzgodnionych pomiędzy obiema stronami, zamiast pełnego asortymentu implantów? Zdeponowanie wyrobów w ilościach wymaganych przez Zamawiającego może doprowadzić do sytuacji, gdzie ilość implantów pozostających w magazynie Zamawiającego znacznie przewyższy ilość płyt wymaganych w przetargu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby depozyt dotyczył samych gwoździ bez śrub? Z doświadczenia wiadomo, iż brak jest możliwości rozliczenia wkrętów dostarczonych do banku, bowiem nikt nie jest w stanie zanalizować tych wkrętów po zabiegu pod względem rozmiarów. Celem prawidłowego rozliczenia Szpital musiałby podać numery serii każdego wkrętu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z uwagi na niewielką ilość gwoździ czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dostarczania instrumentarium każdorazowo na zabieg zamiast użyczenia na cały okres obowiązywania umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. pakietu 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki blokująco-kompresyjnej, która posiada w części trzonowej otwory blokująco-kompresyjne z możliwością pionowej regulacji zamiast wymogu, aby drugi otwór blokująco-kompresyjny umożliwiał elastyczność pionowego pozycjonowania płytki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby depozyt dotyczył samych płytek bez wkretów? Z doświadczenia wiadomo, iż brak jest możliwości rozliczenia wkretów dostarczonych do banku, bowiem nikt nie jest w stanie zanalizować tych wkretów po zabiegu pod względem rozmiarów. Celem prawidłowego rozliczenia Szpital musiałby podać numery serii każdego wkrętu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie depozytu tj. po 1 szt. płyt z rozmiarów najczęściej stosowanych, uzgodnionych pomiędzy obiema stronami, zamiast pełnego asortymentu implantów? Zdeponowanie wyrobów w ilościach wymaganych przez Zamawiającego może doprowadzić do sytuacji, gdzie ilość implantów pozostających w magazynie Zamawiającego znacznie przewyższy ilość płyt wymaganych w przetargu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z uwagi na niewielką ilość płyt czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dostarczania instrumentarium każdorazowo na zabieg zamiast użyczenia na cały okres obowiązywania umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 13,14

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu dotyczącego wymiany zużytych lub uszkodzonych części instrumentarium - pod warunkiem, iż wynika to z jego prawidłowej eksploatacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. pakietu nr 49

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 49 następujące rozwiązania:

- Śruby Schanz'a dwukorowe, podwójnie gwintowane.
- Pręty o średnicy 6.0mm.
- System mocowania śruby do pręta za pomocą klemy blokującej.
- Wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokującym przekraczająca 5mm.
- Śruby bez możliwości wprowadzania w talerze biodrowe ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści w pakiecie 49 zaproponowane rozwiązania.

Dot. pakietu nr 30

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 30 zastosowanie prętów o średnicy 6.0mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści w pakiecie 30 zastosowanie prętów o średnicy 6.0mm.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w razie nieuzupełnienia depozytu w terminie z 1% na 0,2% wartości brutto implantów i endoprotez, do których uzupełnienia zobowiązany był Wykonawca za każdy dzień zwłoki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku dużą ilością wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ przesunięty zostaje termin: wpłaty wadium, składania ofert oraz otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, kancelaria – pokój D-1-1 do 27.10.2009 do godziny 09:00.
- Wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego do godz. 08:30 dnia 27.10.2009.
- Otwarcie ofert nastąpi 27.10.2009r. o godzinie 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój B-1-3