

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428 fax (032) 36 82 012

Sosnowiec 16.03.2010r.

WSS5/EP/252/2009

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

nr WSS5/EP/252/2009

pt.: „Dostawa implantów i endoprotez”

w zakresie pakietu 36

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

W dniu 25.02.2010r do Zamawiającego wpłynął protest o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy tj. o odrzuceniu oferty firmy AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul.Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl w zakresie części 36 i uznaniu za najkorzystniejszą ofertę firmy STRYKER POLSKA Sp. z o.o. ul.Łopuszańska 38B 02-232 Warszawa w zakresie części nr 36.

Po przeanalizowaniu w/w pisma Zamawiający podjął decyzję o:

1. unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty firmy AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul.Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl w zakresie części nr 36;
2. powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w zakresie części nr 36 zgodnie z art. 181 ust. 2 (...), „W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności(...)”
3. odrzuceniu oferty firmy Aesculap Chifa w części nr 36 postępowania
4. uznaniu za najkorzystniejszą ofertę protestującego.

Zamawiający w trakcie postępowania przetargowego wymagał zaoferowania „prętów wygiętych fabrycznie o dwóch głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn”. Firma Aesculap Chifa zaferowała pręt wygięty o jednej głębokości wygięcia, z podaniem dwóch długości. Ponadto Zamawiający wymagał „śruby przynasadowe, o stożkowym rdzeniu”. Firma Aesculap Chifa natomiast zaferowała śruby o rdzeniu cylindrycznym. Zamawiający wymagał również : „gwint przygłowej części poszerzonej w celu mocniejszego zakotwiczenia”, Firma Aesculap zaferowała gwint ostry jednakowy na całej długości.

Zamawiający po wnikliwej analizie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści złożonych ofert w niniejszym postępowaniu odrzuca ofertę nr 13 na część 36 firmy AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul.Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, na podstawie art. 89 ust.1. pkt.2 [...] „, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt3

W związku z przywróceniem do etapu oceny oferty firmy STRYKER POLSKA Sp. z o.o., Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów

| Nazwa kryterium | Waga – W [%] | Sposób punktowania |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| Cena (wartość) oferty brutto [zł] | 100 | Najniższa oferowana cena (wartość) oferty brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (100), każda kolejna wyższa cena otrzyma ilość punktów wyliczoną wg wzoru: $Ci = (Cn / Cx) \times Jsp \times W$ <p>Objaśnienia: Jsp – Jednolita skala punktowa – 100 pkt W – waga procentowa – 100 % Ci – ilość punktów za cenę badanej oferty Cn – cena oferty najniższej Cx – cena oferty oceniane</p> |
| Nazwa kryterium | Waga – W [%] | Sposób punktowania |
| 1 | | Cena (wartość) oferty brutto [zł] |

Wyniki oceny ofert przez Komisję przedstawia poniższa tabela.

CZĘŚĆ NR 36

| Numer oferty | Liczba pkt w kryterium cena | Razem |
|--------------|-----------------------------|---------------|
| 9 | 100,00 | 100,00 |

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert i udzieli zamówienia następującym firmom:

- firmie: STRYKER POLSKA Sp. z o.o. ul.Łopuszańska 38B 02-232 Warszawa, zakresie części nr 36 z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia 55 640,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych zł 00/100).