

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5**  
**im. Św. Barbary w Sosnowcu**  
**41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168**

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 21.09.2009r.

---

**Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/323/2009  
pt.: „Dostawa reduktorów tlenowych wraz z butelkami”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

**„Czy Zamawiający wymaga aby dozownik pracował także bez nawilzacza”?**

Odp. Dozownik ma mieć możliwość zamontowania butli nawilzacza.

Pytanie nr 2

**„Czy zamawiający dopuści reduktor o przepływie 1-15L/min”?**

Odp. Zamawiający dopuszcza reduktory o przepływie 1 ÷ 15L /min.

Pytanie nr 3

**Czy Zamawiający dopuści reduktor wykonany z chromowanego mosiądzu”?**

Odp. Zamawiający dopuszcza reduktor wykonany z chromowanego mosiądzu.

Pytanie nr 4

**„Czy Zamawiający dopuści reduktor o ciśnieniu roboczym 4 bary”?**

Odp. Ciśnienie robocze 4 bary jest odpowiednie, ponieważ dozownik tlenu będzie redukował do mniejszego ciśnienia.

Pytanie nr 5

**„Czy Zamawiający dopuści dozowniki w zakresie przepływu do 15 L/min”?**

Odp. Zamawiający dopuszcza reduktory o przepływie 1 ÷ 15L /min.

Pytanie nr 6

**„Czy posiadanie wpisu do rejestru wyrobów medycznych jest niezbędnym warunkiem udziału w postępowaniu”?**

Odp. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

**„Prosimy o zgodę na minimalną ilość dozowników w pojedynczym zamówieniu nie mniejszą niż 10 sztuk”?**

Odp. Dostawy winny być realizowane sukcesywnie w oparciu o pisemne zamówienia.

Pytanie nr 8

**„ Prosimy o wydłużenie terminu dostawy cząstkowej dozowników z 3 do 7 dni”?**

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

**„ Czy Zamawiającemu chodzi o reduktory butylowe do tlenu czy dozowniki rotametryczne do tlenu montowane w punkcie poboru”?**

Odp. Zamawiającemu chodzi o dozowniki rotametryczne do tlenu montowane w punkcie poboru.

Pytanie nr 10

**„Prosimy o podanie minimalnej pojemności butelek nawilżacza”?**

Odp. Minimalna pojemność butelek nawilżacza to 250ml.

Pytanie nr 11

**„ Czy stwierdzenie „gniazda Instal Rzeszów’ oznaczają punkty poboru gazów medycznych kodowane w systemie skandynawskim (typ AGA)”?**

Odp. Gniazda Instal Rzeszów oznaczają punkty poboru gazów medycznych kodowane w systemie skandynawskim (typ AGA).