

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 21.10.2009r.

**Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/336/2009 pt.: „Dostawa
sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użycia”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Dot. Części nr 30.

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający do aparatu Warm-Touch o rozmiarach 195 cm x 100 cm, spełniający wszystkie wymagania postawione przez użytkownika?

Odp. Zamawiający dopuszcza koce ogrzewające o rozmiarze 195 x 100 cm. Spełniające pozostałe wymagania określone w specyfikacji.

Dot. Części nr 1, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania jednostkowe po 100szt, z jednoczesnym odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych przez Zamawiającego ilości sztuk na ilości opakowań jednostkowych. W przypadku, gdy cenę za sztukę mielibyśmy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku znacznie zawyżyłoby to ofertę.

Odp. Zamawiający w poz. 1, części 1 dopuszcza zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania przy odpowiednim przeliczeniu ilości. Przeliczeni sztuk na opakowania jedn. po 100 szt.

Dot. Części nr 10, poz. 1-2.

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe bez możliwości rozłączania o długości 210 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza masek tlenowych z drenem bez możliwości rozłączania.

Dot. Części nr 12, poz.1.

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne z Medycznego PCV z bocznymi otworami o rozszerzanym przekroju?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza drenów brzusznych o rozszerzanym przekroju.

Dot. Części nr 13, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści końcówki ssące do katetera standardowe odgięte w rozmiarze CH 18 (średnica 6 mm) i CH 24 (średnica 8mm) o długości 25cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza końcówki do katetera w rozm. CH 18 (śr.6mm) i CH 24 (śr.8mm).

Dot. Części nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający pisząc „przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru o.c.ż.” nie pomylił się w opisie przedmiotu zamówienia i miał na myśli przyrząd stosowany w lecznictwie zamkniętym, umożliwiający pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego podczas przetaczania płynów infuzyjnych?

Odp. Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia w Części 23, poz. 2. nastąpił błąd. W załączeniu prawidłowa treść Części 23.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 1, tj. formularza asortymentowo – cenowego, część nr 25. Zmodyfikowana część 25 do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku z dużą ilością wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ przesunięte zostają terminy: wpłaty wadium, składania ofert oraz otwarcia ofert.

- Wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego do dnia 03.11.2009r., godz. 10:00
- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, kancelaria D-02 do 03.11.2009 do godziny 11:00.
- Otwarcie ofert nastąpi 03.11.2009r. o godzinie 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój B-1-3