

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 12.10.2009r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/372/2009 pt. „Dostawa probówek do pobierania krwi z zastosowaniem zamkniętego systemu próżniowego oraz dzierżawa aparatu do odczytu OB. w probówkach systemu próżniowego”.

Pytanie 1

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści probówkę do pozyskania surowicy o objętości pobrania 4 - 6 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek do pozyskania surowicy o objętości pobrania 4 - 6 ml.

Pytanie 2

Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści probówkę do pozyskania surowicy z trombiną o objętości pobrania od 4 ml do 9 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek do pozyskania surowicy z trombiną o objętości pobrania 4 - 9 ml.

Pytanie 3

Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści nowe probówki do oznaczania OB o objętości pobrania 1,28 ml do 3,5 ml z 3,2 % cytrynianem sodu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści nowe probówki do oznaczania OB o objętości pobrania 1,28 ml do 3,5 ml z 3,2 % cytrynianem sodu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do próbek statywu do odczytu OB metodą logarytmiczną?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dołączenia do próbek statywu do odczytu OB w zaoferowanych w tabeli asortymentowej probówkach do OB.

Pytanie 5

Czy Zamawiający oczekuje podania w ofercie w tabeli asortymentowo – cenowej wszystkich kosztów dzierżawy aparatów do OB, kosztów użyczenia statywów, kosztów kontroli zewnętrznej dla OB 2 razy w roku?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje podania w ofercie w tabeli asortymentowo – cenowej wszystkich kosztów dzierżawy aparatu do OB. podłączonego do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, kosztów użyczenia statywów, kosztów kontroli zewnętrznej dla OB 2 razy w roku?

Pytanie 6

Czy próbki probówek z trombiną / poz. 7 / mogą mieć 8 miesięczny termin ważności ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek z trombiną z 8- o miesięcznym terminem ważności.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 12.10.2009r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/372/2009 pt. „Dostawa próbek do pobierania krwi z zastosowaniem zamkniętego systemu próżniowego oraz dzierżawa aparatu do odczytu OB. w próbkach systemu próżniowego”.

Pytanie 1

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie próbki do surowicy z trombiną do badań citowych o pojemności 5-6 ml?

Jest to wystarczająca ilość materiału do wykonania dużej ilości testów i w większości przypadków pobranie większej ilości nie jest potrzebna, a pozytywna odpowiedź na nasze pytanie umożliwi konkurencję, dzięki czemu Zamawiający uzyska korzystniejsze cenowo oferty

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próbek do pozyskania surowicy z trombiną o objętości pobrania 4 - 9 ml.

Pytanie 2

Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zamieszczenie przez Zamawiającego wymogu pokrycia kosztów kontroli jakości dla OB., podłączenia aparatu do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz użyczenia 2 statywów, oznacza wymaganie przez

Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie / w formie darowizny /, co nie jest w świetle przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych dopuszczalne? Czy też Wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą – doliczyć koszty związane z nabyciem kontroli jakości dla OB, podłączeniem aparatu do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz 2 statywów do ceny oferty?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podania w ofercie w tabeli asortymentowo – cenowej wszystkich cen dotyczących elementów systemu zamkniętego, kosztów dzierżawy aparatu do OB podłączonego do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, kosztów użyczenia statywów, kosztów kontroli zewnętrznej dla OB 2 razy w roku.

Pytanie 3

Czy zamawiający będzie wymagał dostarczenia statywu jako próbki do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia statywu jako próbki do oferty.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek koagulologicznych o 9-cio miesięcznym okresie ważności?

Ogólnorynkową tendencją jest zamawianie towaru w miarę aktualnych potrzeb i dzięki temu uniknięcie kosztów związanych z magazynowaniem go przez odbiorców. Probówki koagulologiczne wszystkich systemów zamkniętych mają skrócone terminy ważności. Niektóre systemy rozwiązały problem w ten sposób, że pakują próbki w pakiety z folii nieprzepuszczającej powietrza. Data ważności pakietu jest długa, ale po jego otwarciu bardzo krótka, a ponadto próbki w takim przypadku nie mają

faktycznej daty przydatności na etykietach. Nasze próbki są pakowane po 100 sztuk i data ważności dotyczy pojedynczych próbek, niezależnie czy zostały one rozpakowane czy nie. Prawdopodobieństwo użycia przeterminowanej próbki jest więc o wiele mniejsze. Oferowane przez nas próbki są najwyższej jakości (posiadają parametry analityczne „złotego standardu”) a ponadto posiadają, dzięki specjalnej konstrukcji („próbka w próbce”) zredukowaną do minimum przestrzeń wolnego powietrza nad próbką co poprawia znacznie wiarygodność wyników u pacjentów leczonych heparyną. Prosimy o pozytywną odpowiedź na nasze pytanie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie próbek koagulologicznych o 9-cio miesięcznym okresie ważności.

Pytanie 6

Czy przez „ igłę motylek” Zamawiający rozumie kompletną, systemową igłę motylkową przeznaczoną do pobierania krwi, posiadającą końcówkę umożliwiającą połączenie igły z uchwytem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. „ Wszystkie części zamkniętego systemu pobierania winny być ze sobą kompatybilne”.

Pytanie 7

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga dołączenia do złożonej oferty próbek / minimum 5 sztuk / oferowanego produktu wg asortymentu w tabeli.