

Gdańsk, dnia 12 listopada 2009 roku

EFMED Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 100
80-557 Gdańsk
NIP 584-18-83-838, Reg. 191198241

Zamawiający :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Im. Św. Barbary
Pl. Medyków 1
41-200 Sosnowiec

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5
Im. św. Barbary w Sosnowcu

WPEŁNIŁO

dnia 16.11.2009

Ldż. 128M

PROTEST

złożony na decyzje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WSS5/EP/372/2009 pt.: "Dostawa próbek do pobierania krwi z zastosowaniem zamkniętego systemu próżniowego oraz dzierżawy aparatu do odczytu OB. w próbkach systemu próżniowego"

Działając na podstawie art. 180 ust.1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.) Wykonawca – EFmed sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 100 (zwany w dalszej treści protestu – protestującym) składa protest na :

- a/ wybór przez Zamawiającego oferty firmy „Eclipse” Sp.z o.o., jako najkorzystniejszej oferty w złożonym postępowaniu
- b/ naruszenia przez Zamawiającego zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasady przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji (art. 7 ust.1 powołanej wyżej ustawy).

Wobec powyższego protestujący wnosi o:

- 1/ powtórzenie czynności badania ofert i w jej następstwie uznania oferty firmy „Eclipse” Sp. z o.o. za niezgodnej z wymogami SIWZ
- 2/ powtórzenie czynności oceny ofert i dokonania wyboru oferty firmy EFmed Sp. z o.o. jako jedynej spełniającej wymogi SWIZ.

Protestujący wskazuje, że informację o rozstrzygnięciu postępowania otrzymał faxem dnia 10 listopada br., zatem niniejszy protest zostaje wniesiony w terminie.

UZASADNIENIE:

Zamawiający pismem z dnia 10.11.2009r poinformował o rozstrzygnięciu w/w postępowania i wyborze oferty firmy „Eclipse” , jako najkorzystniejszej oferty i jej udzielił zamówienia.

Protestujący stwierdza, że oferta firmy „Eclipse” podlega odrzuceniu, gdyż nie jest zgodna z wymogami SIWZ, a mianowicie:


1. Zamawiający wymagał użyczenia na czas trwania umowy 2 statywów do odczytu OB. metodą wizualną celem zabezpieczenia możliwości odczytu w przypadku awarii aparatu. Probówki do OB.o poj. 1,8 ml zaoferowane przez firmę „Eclipse” (formularz, próbki), są kompatybilne jedynie z zaoferowanym analizatorem, natomiast w żaden

sposób nie są kompatybilne ze statywem logarytmicznym firmy Becton Dickinson. Do niniejszego statywu można wykorzystać próbki o innej pojemności pobrania, które nie zostały zaoferowane przez firmę „Eclipse”. W związku z powyższym, nie jest zabezpieczona awaria analizatora do odczytu OB.- a tym samym nie jest spełniony wymóg SIWZ.

2. W Rozdziale I pkt 6.5 SIWZ Zamawiający wymagał potwierdzenia posiadania „niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” żądając złożenia wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Wymagał również potwierdzenia należytego wykonania owych dostaw odpowiednimi dokumentami. Firma „Eclipse” załączyła do oferty referencje wystawione dla innej firmy - Diag System, co nie potwierdza posiadania przez Spółkę „Eclipse” niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a tym samym nie potwierdza spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu.

W ocenie protestującego, oferta firmy „Eclipse” podlega odrzuceniu, jako niezgodnej z warunkami SIWZ.

Wobec powyższego protestujący wnosi o uwzględnienie protestu w całości.

EFmed Sp. z o.o.
SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Sitarńska

EFMED Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 100
80-557 Gdańsk
NIP 584-18-93-938, Reg. 191198241