



01.12.2009r.

**Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu
przeznaczonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/391/2009 pt.: „Zakup
przebiegowego, przenośnego aparatu USG Doppler z wizualizacją naczyń do badania tętnic
zewnątrz i wewnątrzczaszkowych”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

Zamawiający oczekuje zaoferowania przebiegowego, przenośnego aparatu USG. W związku z tym zadajemy pytanie: Czy poprzez ten zapis Zamawiający wymaga zaoferowania wysokiej klasy przenośnego aparatu ultrasonograficznego, zainstalowanego na specjalne dedykowanym dla niego wózku?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga aparatu przebiegowego z możliwością przeniesienia w inne miejsce.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy przenośnego aparatu ultrasonograficznego, który został wprowadzony na rynek pod koniec 2008 roku?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego, który posiada możliwość rozbudowy o głowice: liniowe, convex, sektorowe, śródoperacyjne, endokawitarne, lecz na dzień dzisiejszy nie posiada możliwości współpracy z głowicą endoskopową?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie bardzo wysokiej klasy aparatu USG, który posiada wbudowaną w aparat nagrywarę DVD-R oraz dysk twardy o pojemności 120GB oraz posiada możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego dysku twardego?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, iż aparat posiadający funkcję – tzw. Cine LOP dwustopniową (wybór zależy od operatora):

1. podręczna pojemność 400 obrazów
2. zainsnowana akwizycja sekwencji do 15000 obrazów

spełni wymogi Zamawiającego w pkt. 1 – pamięć CINE-LOOP

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy ultrasonografu posiadającego zapis, oraz możliwość importu i eksportu zdjęć w formatach: JPG, avi oraz surowych danych, jednak w formacie innym niż Raw Data?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy ultrasonografu posiadającego 2 gniazda USB wbudowane a aparat służące do zapisywania pętli oraz obrazów na urządzeniach typu PEN-Drive?

ODZPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy ultrasonografu posiadającego możliwość wykonania pomiarów na zamrożonym obrazie lecz nie posiadającego na dzień dzisiejszy możliwości zmiany linii bazowej na zamrożonym obrazie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego posiadającego zakres powiększania obrazu aż do 32 razy (w tym powiększenia obrazu rzeczywistego 8x natomiast zamrożonego aż 32x)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający w głowicy sektorowej aż 128 kryształów oraz „frame-rate” 360 obrazów/sek.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, posiadającego w trybie PWD regulację kąta korekcji bramki Dopplera w zakresie +/- 75 stopni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, posiadającego możliwość dokonania automatycznych pomiarów Dopplerowskich wyświetlanych na ekranie w czasie rzeczywistym oraz wyświetlanych po zamrożeniu obrazu, jednak bez możliwości dokonania korekcji po zamrożeniu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy przenośnego aparatu USG, który posiada monitor LCD składany jak w laptopie z możliwością pochyłu lecz nie posiadającego możliwości obrotu monitora?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie głowicy liniowej posiadającej zakres częstotliwości pracy szerszy niż wymagany bo aż 4-13 MHz i posiadającej szerokość 47 mm?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie 15

Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż wysokiej klasy aparat USG, który posiada możliwość rozbudowy o obrazowanie wielokierunkowa typu Compound Imaging aż 10-poziomowe spełni wymagania Zamawiającego tym zakresie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy np. do 4 tygodni pod warunkiem wstawienia aparatu zastępczego w okresie oczekiwania na dostawę aparatu właściwego?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie że załączenie materiałów firmowych, opisu aparatu w języku polskim spełni zapis SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Termin składania ofert, wpłaty wadium oraz otwarcia przetargu nie ulega zmianie.