



Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/391/2009 pt.: „Zakup przewoźnego, przenośnego aparatu USG Doppler z wizualizacją naczyń do badania tętnic zewnątrz i wewnątrzczaszkowych”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat usg z dynamiką systemu na poziomie 164 dB?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego posiadającego poniższe funkcje użytkowe, które z racji przeznaczenia aparatu znacznie podniosą efektywność badania: aplikacja nerce block oraz mięśnie szkieletowe na głowicy liniowej, cztery częstotliwości obrazowania harmonicznego na głowicy liniowej oraz sześć na głowicy sektorowej do badań transkranialnych, nagrywarka DVD wbudowana w pulpit operatora?

ODPOWIEDŹ: Tak.