

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 27.11.2009r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/290/2009 pt.
„Dostawę oprzyrządowania do laparoskopii jedno i wielorazowego użycia”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie

Cześć 12 proszę o podanie oznaczenia lampy, jej parametrów elektrycznych oraz modelu źródła światła.

Odpowiedź.

Model STRYKER QVANTUM 3000 04F018844 moc żarówki 250 W

Pytanie

Cześć 13 proszę o podanie oznaczenia lampy, jej parametrów elektrycznych oraz modelu źródła światła.

Odpowiedź.

Model Ackerman Xenon 300 moc 180 W