

**Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/291/2009 pt. „Dostawa elektrod i osprzętu do elektrokoagulacji”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie.

**Czy dopuście państwo w części 2 w pozycji nr 4 elektroda nożowa do uchwytu elektrody monopolarnej , jednorazowa, pokryta cienką warstwą silikonu która zmniejsza przywieranie tkanki do elektrody, przedłużona , dł. Całkowita 16,51cm, długość robocza -2,54 cm, o przekroju 2,4mm ?**

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie.

**Czy dopuście państwo w części 6 w pozycji nr 6 elektroda nożowa do uchwytu elektrody monopolarnej , jednorazowa, pokryta cienką warstwą silikonu która zmniejsza przywieranie tkanki do elektrody, przedłużona , dł. Całkowita 16,51cm, długość robocza -2,54 cm, o przekroju 2,4mm ?**

Odpowiedź.

Tak.

Pl. Medyków 1

41-200 Sosnowiec  
centrala  
tel.: 032 368 20 00  
sekretariat:  
tel.: 032 368 27 01  
032 368 21 01  
fax: 032 368 20 32

[www.wss5.pl](http://www.wss5.pl)

NIP: 644 28 76 726  
Regon: 000 296495

konto: 67 1050 1360 1000 0022 4002 4527