

Część V – Szczypce do biopsji wielokrotnego użytku, miseczki

l.p	Nazwa przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	<u>Szczypce do biopsji wielokrotnego użycia</u> - spirala wykonana ze stali nierdzewnej – pojedyncza spirala bez szwu z centralnym uchwytem - miseczka – szczepka – wykonana z utwardzonej stali nierdzewnej - poręczny ergonomiczny uchwyt - sterylizacja 134°C						
1.	Miseczka typu elipsa z otworem Ø 1,7mm: 2 – 2,2mm, dł. 110cm	szt	4				
2.	Miseczka typu elipsa z otworem oraz igłą Ø 2,4mm, dł. 110cm	szt	1				
				RAZEM:			

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str.....oferty.

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności lub certyfikat CE (lub inne) str.....oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty,
- oświadczenie o klasie wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str.....oferty.

UWAGA: W sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu CE lub innych, należy wpisać *nie dotyczy*.

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)