



Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/431/2009 pt.: „Dostawa sprzętu medycznego”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1, Część V

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pkt 3. miseczki o rozmiarze 2,4mm?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu o następującej treści: „Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu bezpłatny pełny zakres obsługi serwisowej...” na zapis o poniższej treści: „Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu bezpłatny zakres obsługi gwarancyjnej..”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 1, część V. Zmodyfikowany pakiet w „plikach do pobrania”.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert oraz otwarcie przetargu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, kancelaria – pokój D-0-2 do 03.12.2009 do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 03.12.2009r. o godzinie 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój B-1-3