



Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/431/2009 pt.: „Dostawa sprzętu medycznego”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1, Część II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy 21 dni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2, Część II

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor modułowy skonfigurowany?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie 3, Część II

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor kompaktowy, bez modułów wymiennych między monitorami?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie 4, Część II

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej 12,1”?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie 5, Część V

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o długości roboczej równej 105cm i dedykowanych do kanału roboczego 2,0mm?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie 6, Część V

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o długości roboczej równej 105cm i dedykowanych do kanału roboczego 2,6mm?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Na podstawie art. 87 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarskie w załączniku nr 1 do SIWZ, w Części V, pozycja 2.

Widnieje „szczęjka”, winno być „szczęka”