



7.12.2009r.

Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/444/2009 pt.: „Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego – meble medyczne”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia z maksymalnie 5 dni do 14 lub 21 dni od daty otrzymania zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia z maksymalnie 5 dni do maksymalnie 7 dni od daty otrzymania zamówienia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga w części VIII Stojak do kroplówek – stojaka z dwoma czy z czterema haczykami na kroplówki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga stojaka z czterema haczykami na kroplówki

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części XI Kozetka lekarska – kozetki o wymiarach (dł. x wys. x szer.) 1950x650x700mm?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części XI Kozetka lekarska – kozetki o kolorze tapicerki zieleń medyczna?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części XII Szafa medyczna – szafy o wymiarach (dł. x wys. x szer.) 1000x550x1890mm, szafa o wymiarach 100x435x1890mm będzie niestabilna i może się przewracać?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści zaoferowanie szafy o wymiarach 1000x550x1890mm.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga w części XII Szafa medyczna – szafy przeszklonej z tyłu?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części XIII Stolik chirurgiczny na narzędzia – jednopółkowy –

I opcja: stolika z blatem podnoszonym przy pomocy pompy hydraulicznej, za pomocą dźwigni nożnej z blatem obracającym w poziomie o 360 stopni. Podstawa stolika w kształcie litery T z trzema



pojedynczymi kółkami. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Stolik o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 740x490x960/1365mm?

II opcja: stolika z blatem podnoszonym ręcznie, blat obracany w poziomie o 360 stopni, blat z podniesionym obrzeżem. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami. Wszystkie koła wyposażone w blokadę. Stolik o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 620x410x920/1315mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania I opcji.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części XIV Stolik chirurgiczny na narzędzia do instrumentowania – stolika z blatem podnoszonym przy pomocy pompy hydraulicznej, za pomocą dźwigni nożnej

II opcja: stolika z blatem podnoszonym ręcznie, blat obracany w poziomie o 360 stopni, blat z podniesionym obrzeżem. Podstawa kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami. Wszystkie koła wyposażone w blokadę. Stolik o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 620x410x920/1315mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści zaoferowanie stolika z blatem podnoszonym przy pomocy pompy hydraulicznej, za pomocą dźwigni nożnej.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części XV Szafka medyczna wisząca – szafki o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1000x350x600mm?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 10

Czy Zamawiający może określić w części XVIII Regał – wymiary regału (dł. x szer. x wys.) mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określa wymiary 4 regałów:

1. regał – szer. 1200mm, wys. 2100mm, głębokość 380mm
2. regał – szer. 1150mm, wys. 2100mm, głębokość 380mm
3. regał – szer. 730mm, wys. 2150mm, głębokość 600mm
4. regał – szer. 1000mm, wys. 2000mm, głębokość 500mm

Pytanie 11

Czy Zamawiający może określić w części XX Wózek na brudną bieliznę – jaką pojemność ma mieć wózek do przewożenia brudnej bielizny 30, 60, 100, 120 l?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga pojemności wózka 100 l.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert oraz otwarcie przetargu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, kancelaria – pokój D-0-2 do 09.12.2009 do godziny 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi 09.12.2009r. o godzinie 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój B-1-3