



**Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/356/2009 pt.: „Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użycia cz. II”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Część 37 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści w części 37 pozycja 5 igły do znieczulania podpajęczynówkowego 25Gx90mm z igłą prowadzącą z ostrzem Pencil Point?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza igły do znieczulania podpajęczynówkowego 25Gx90mm

Część 37 pozycja 8

Czy zamawiający dopuści w części 37 pozycja 8 igły do znieczulania podpajęczynówkowego 22Gx130mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza igły do znieczulania podpajęczynówkowego 22Gx130mm

Część 37 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści w części 37 pozycja 13 igły do angiografii 18Gx72mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza igły do angiografii 18Gx73mm.

Część 24

Czy Zamawiający w części 24 dopuści maski krtaniowe wielorazowego użycia bez kanału pozwalającego na założenie cewnika dożołądkowego, ale z możliwością poprowadzenia cewnika dożołądkowego po grzbiecie zewnętrznym maski krtaniowej?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza w/w maski.

Część 14 pozycja 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie cewnika typu Dyfour pokrytego hydrożelem z balonem o pojemności 30-50ml?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

Część 14, pozycja 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie cewnika typ Dyfour pokrytego hydrożelem z balonem o pojemności 30-50mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

Część 14, pozycja 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie cewnika Foley z balonem o pojemności 30ml lub 50ml?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

Część 26, pozycja 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie nosków do mocowania cewników donosowych w rozmiarze: dla noworodków, dzieci i dorosłych?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.



Część 50, pozycja 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przedłużacza o długości 90 cm zamiast 75 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza przedłużacz o długości 90cm.

Część 52, pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie strzykawki 10ml z dokładniejszą podziałką co 0,2ml?

**ODPOWIEDŹ:** Tak.

Część 52, pozycja 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie strzykawki 50ml z dokładniejszą podziałką co 0,5ml?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza strzykawkę 20ml z podziałką co 0,5ml.

Część 52, pozycja 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie strzykawki trzyczęściowej Luer Lock 3ml zamiast 2ml?

**ODPOWIEDŹ:** Tak.

Część 6

Prosimy o dopuszczenie igły punkcyjnej o przekroju 17,5G

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 7

Prosimy o dopuszczenie w punkcie 1 igły do biopsji celowanej o przekroju 0,95mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 10

Prosimy o dopuszczenie zestawu typu Double-J roz. 4,5 – 6F?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 18, pozycja 6

Z uwagi na zastosowanie w układzie oddechowym dwóch pułapek wodnych w celu pozbycia się nadmiaru skroplonych gazów prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ekonomicznego układu oddechowego wykonanego z rury karbowanej, zachowując pozostałe wymagane parametry systemu

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza zaproponowany układ oddechowy.

Część 18, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika typu martwa przestrzeń wykonanego z materiału rozciągliwego, karbowanego pozwalającego na ułożenie rurki w każdej wymaganej pozycji zachowując pozostałe wymagane parametry łącznika.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 5

Czy w zestawie mają znajdować się trzy różne wymienne końcówki?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 5

Czy zestaw ma posiadać zapasowy filtr krzyżowy?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez strzykawki i z cewnikiem o dł. 55?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 9

Czy w zestawie ma znajdować się worek na mocz o pojemności 2l?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 10

Prosimy o sprecyzowanie, co zamawiający miał na myśli poprzez „nakładkę uszczelniającą”?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dokonał błędnego zapisu i wykreśla frazę „nakładkę uszczelniającą).

Część 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: igła dwuczęściowa 18/20G, prowadnica Seldingera 0,038’, komplet rozszerzadeł, cewnik ok. 35cm, skalowany co 1 cm, zestaw w rozmiarach 8,10,12,14CH?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 13, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie CH 4,5

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rozmiaru CH 4,5

Część 14, pozycja 1

Czy zestaw ma posiadać zastawkę w łączniku drenu uniemożliwiająca cofanie się moczu z cewnika Foley’a?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy dren w zestawie ma posiadać spiralę antyzałamaniową zabezpieczającą przed załamaniem się drenu?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 14, pozycja 8

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający miał na myśli cewniki z balonem od 15 do 50 ml?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza cewnik z balonem od 15 do 50ml.

Część 14, pozycja 9

Czy cewnik ma być silikonowany tak jak cewnik w pozycji 8?

**ODPOWIEDŹ:** Cewnik silikonowany lub pokryty hydrożelem.

Część 14, pozycja 11

Prosimy o dopuszczenie cewnika Foley’a 100% silikon pokrytego w całości warstwą srebra o właściwościach bakteriostatycznych i bakteriobójczych. Pragniemy nadmienić, iż pokrycie cewnika w całości warstwą srebra ma takie same właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze jak warstwa hydrożelowa z jonami srebra?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza zaproponowany cewnik.

Część 14, pozycja 12

Czy zamawiający wymaga, aby cewniki Foley’a 100% silikon były w zestawie ze strzykawką pierwotnie wypełnioną 10% roztworem gliceryny?

**ODPOWIEDŹ:** Nie.

Część 15, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego mechanicznego bez wydzielonej warstwy wymiennika ciepła i wilgoci

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy mechaniczny bez wydzielonej warstwy wymiennika ciepła i wilgoci.



Część 18, pozycja 1

Czy rury mają posiadać ergonomiczne końcówki zabezpieczające przed uszkodzeniem rury u nasady oraz system zabezpieczający przed niekontrolowanym rozłączeniem układu rur?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wymaga zaproponowanych rur.

Część 18, pozycja 4

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

Część 20

Czy rurki inkubacyjne mają posiadać wyraźne znacznik głębokości?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

Część 20

Czy rurki inkubacyjne mają posiadać wyprofilowany (podgięty) kształt ułatwiający zaintubowanie pacjenta?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

Część 23, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie sondy Sengstakena silikonowanej w rozmiarze 16-21?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuści w/w sondę.

Część 28, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania portu o średnicy wew/zew -1,0/1,7 z cewnikiem poliuretanowym o długości 500 m, nie zawierającego lateksu?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający oczekuje portu o średnicy wew/zew. 1,0/2,2.

Część 28, pozycja 2

Czy igły długotrwałej infuzji mają posiadać samoprzylepny kołnierz mocujący zapewniający bezpieczne i niezawodne zamocowanie igły w ranie silikonowej?

**ODPOWIEDŹ:** Igły mają posiadać samoprzylepny kołnierz mocujący.

Część 31, pozycja 2

Czy maska ma być anatomiczna wygięta i posiadać dostęp do żołądka (dren gastryczny)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza zaproponowaną masję.

Część 31, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie masek o rozmiarze 3,4,5 tak jak dotychczas używane

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza maski o rozmiarze 3,4,5.

Część 31, pozycja 4

Czy zestaw do konikotomii ratunkowej ma posiadać potrójne zabezpieczenie chroniące przed ryzykiem perforacji tylnej ściany tchawicy lub przełyku?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, by zestaw do konikotomii ratunkowej posiadał potrójne zabezpieczenie przed ryzykiem perforacji tylnej ściany tchawicy lub przełyku.

Część 36, pozycja 1-2

Czy łączniki mają być podwójnie obrotowe?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, łączniki mają być podwójnie obrotowe

Czy rurki mają posiadać prowadnice ze stoperem?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wymaga prowadnicy ze stoperami.



Czy zestaw ma zawierać łączniki podwójnie uszczelnione, podwójnie obrotowe, łączniki Y, 2 cewniki, kluczyk rozdzielający łączniki?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wymaga zapisu proponowanego przez pytającego.

Część 49, pozycja 1

Czy kaniula dożylna bez portu ma być wykonana z PTFE (podwójnie czyszczony teflon)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza zaproponowaną wyżej kaniulę.

Czy kaniule dożylnie bez portu mają posiadać zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli w światło naczynia?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza by kanikule dożylnie bez portu posiadały zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie w światło naczynia.

Część 49

Czy kanikule mają pochodzić od jednego producenta?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SIWZ.

Część 49, pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie kaniuli 1,7 x 45mm (16G)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza kanikule o w/w rozmiarze.

#### INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

W związku powyższym przesunięty zostaje termin: wpłaty wadium, składania ofert oraz otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, kancelaria – pokój D-02 do 01.02.2010r do godziny 11:00.
- Wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego do godz. 09:30 dnia 01.02.2010r..
- Otwarcie ofert nastąpi 01.02.2010r. o godzinie 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój B-1-3