

Sosnowiec, 28.01.2010r.

Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/356/2009 pt.: „Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użycia cz. II”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Część 16, pozycja 1,2,3

Ile kabli należy dostarczyć do wszystkich wymienionych w zadaniu 16 monitorów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga dostarczenia kabli do następujących monitorów:

- do monitorów modułowych CCM S/5 f. Datex Ohmeda 16 szt. kabli podwójnych
- do monitorów Infinity Delta f. Drager 5 szt. kabli podwójnych
- do monitorów EMTEL FX 2000 MD 5 szt. kabli podwójnych

Dostarczenie w/w kabli dotyczy tylko tych dostawców, którzy oferują przetwornik innego typu niż Transpac f.Hospira