

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 1 - 1 rok

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	Wymagana ilość w depozycie
1.	Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa - hydrofilna z zestawem do implantacji - średnica optyczna 6,0mm - długość całkowita 13mm - stopień uwodnienia od 25% - angulacja 9stopni - dioptraż od -10.0D do + 35.0D - implantacja przez cięcie od 2,2mm - dwie części haptyczne, w których znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z dwóch części haptycznych.	Szt.	500						+0,0 – 1 szt. +2,0 – 1 szt. +4,0 – 1 szt. +6,0 – 1 szt. +8,0 – 1 szt. +10,0 – 1 szt. +12,0 – 1 szt. +14,0 – 1 szt. +16,0 – 2 szt. +17,0 – 2 szt. +18,0 – 2 szt. +20,0 – 4 szt. +21,0 – 4 szt. +22,0 – 4 szt. +23,0 – 4 szt. +24,0 – 4 szt. +25,0 – 4 szt. +26,0 – 4 szt. +27,0 – 1 szt. +28,0 – 1 szt. +29,0 – 1 szt. +30,0 – 1 szt. +32,0 – 1 szt. +34,0 – 1 szt.
	RAZEM								50 szt.

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – Użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 2 - 1 rok

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	Wymagana ilość w depozycie
1.	Soczewka zwijalna jednoczęściowa, hydrofilna - zapakowana fabrycznie do injektora - średnica optyczna i całkowita zmienna w zależności od wielkości dioptrażu - ostre brzegi wzdłuż części optycznej - części haptyczne stabilizujące soczewkę w czterech punktach - współczynnik uwodnienia -26% - angulacja 6stopni - dioptraż od +10.0D do +30.0D, narastające, co 0,5D - średnica optyczna: 5,85mm dla +30,0D do 6,15mm dla +10.0D -średnica całkowita 10,3mm dla +30,0D do 10,8mm dla +10D - z filtrem UV i kompatybilne z laserem YAG	Szt.	200						+10,0 – 1 szt. +12,0 – 1 szt. +14,0 – 1 szt. +16,0 – 1 szt. +17,0 – 1 szt. +20,0 – 2 szt. +21,0 – 4 szt. +22,0 – 4 szt. +23,0 – 4 szt. +24,0 – 4 szt. +25,0 – 4 szt. +26,0 – 4 szt. +27,0 – 2 szt. +28,0 – 1 szt. +30,0 – 1 szt.
	RAZEM								35 szt.

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – Użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 3

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	Wymagana ilość w depozycie
1.	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji - akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% - przednio dwuwypukła powierzchnia optyki - z chromoformami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie - angulacja części haptycznych 0 stopni - współczynnik refrakcji 1,55 - średnica optyki 6,0mm - długość całkowita 13,0mm - zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) oraz +31,0D do +40,0D (co 1,0D) - zamawiający wymaga dołączenie do pakietu 1 kompletu wielorazowych systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta), jeśli na stanie bloku operacyjnego okulistyki nie znajdują się właściwe zestawy.	Szt.	500						+18,0 – 2 szt. +19,0 – 2 szt. +20,0 – 2 szt. +20,5 – 2 szt. +21,0 – 4 szt. +21,5 – 2 szt. +22,0 – 5 szt. +22,5 – 2 szt. +23,0 – 5 szt. +23,5 – 2 szt. +24,0 – 5 szt. +24,5 – 2 szt. +25,0 – 4 szt. +25,5 – 2 szt. +26,0 – 2 szt. +26,5 – 2 szt. +27,0 – 2 szt. +28,0 – 1 szt. +29,0 – 1 szt. +30,0 – 1 szt.
	RAZEM								50 szt.

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – Użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 4

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	Wymagana ilość w depozycie
1.	Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji. - akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% - przednio dwuwypukła powierzchnia optyki - z chromoforem filtrującym promieniowanie UV - angulacja części haptycznych 0 stopni - współczynnik refrakcji 1,55 - średnica optyki od 5,5-6,0mm - długość całkowita 13,0mm - zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) oraz +31,0D do +34,0D (co 1,0D) - zamawiający wymaga dołączenie do pakietu 1 kompletu wielorazowych systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta), jeśli na stanie bloku operacyjnego okulistyki nie znajdują się właściwe zestawy	Szt.	270						+16,0 – 1 szt. +18,0 – 1 szt. +19,0 – 1 szt. +20,0 – 2 szt. +21,0 – 4 szt. +22,0 – 4 szt. +23,0 – 4 szt. +24,0 – 4 szt. +25,0 – 4 szt. +26,0 – 1 szt. +27,0 – 1 szt. +28,0 – 1 szt. +29,0 – 1 szt. +30,0 – 1 szt.
	RAZEM								30 szt.

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,

- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – Użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 5

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	Wymagana ilość w depozycie
1.	<p>Soczewka wewnątrzgałkowa do korekcji afakii i astygmatyzmu rogówkowego, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji</p> <ul style="list-style-type: none"> - akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% - dwuwypukła toryczna powierzchnia optyki - z chromoformami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie - angulacja części haptycznych 0 stopni - współczynnik refrakcji 1,55 - średnica optyki 6,0mm - długość całkowita 13,0mm - zakres dioptrazu +6,0D do +30,0D, (co 0,5D) - moc cylindra 1,5D; 2,25D; 3,0D; 3,75D; 4,5D; 5,25; 6,0D na zamówienia (okres oczekiwania max 4 tyg.) - zamawiający wymaga dołączenie do pakietu 1 kompletu wielorazowych systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta) oraz zestawu wielorazowych narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu, jeśli na stanie bloku operacyjnego okulistyki nie znajdują się właściwe zestawy 	Szt.	40						
	RAZEM								

- Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy
- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
 - wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
 - deklaracja zgodności, str.....oferty,
 - certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
 - parametry techniczno – Użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 6

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	Wymagana ilość w depozycie
1.	<p>Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji</p> <ul style="list-style-type: none"> - akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% - asferyczna apodyzowana optyka refrakcyjno-dyfrakcyjna - z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie - angulacja części haptycznych 0 stopni - współczynnik refrakcji 1,55 - średnica optyki 6,0mm - długość całkowita 13,0mm - zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) oraz +31,0D do +34,0D (co 1,0D) - zamawiający wymaga dołączenie do pakietu 1 kompletu wielorazowych systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta), jeśli na stanie bloku operacyjnego okulistyki nie znajdują się właściwe zestawy 	Szt.	10						
	RAZEM								

- Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy
- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
 - wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
 - deklaracja zgodności, str.....oferty,
 - certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
 - parametry techniczno – Użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 7

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	Wymagana ilość w depozycie
1.	Soczewka wewnątrzgałkowa do fiksacji transskleryalnej, wykonana z PMMA, sztywna jednoczęściowa - dwuwypukła powierzchnia optyki - z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV - angulacja części haptycznych 5 stopni - hapteny z otworami fiksacyjnymi - średnica optyki 7,0mm - długość całkowita 12,5mm - zakres dioptrażu +10,0D do +30,0D co (1,0D)	Szt.	100						+12,0 – 1 szt. +14,0 – 1 szt. +16,0 – 1 szt. +18,0 – 1 szt. +20,0 – 2 szt. +21,0 – 2 szt. +22,0 – 4 szt. +23,0 – 4 szt. +24,0 – 4 szt. +25,0 – 2 szt. +26,0 – 1 szt. +28,0 – 1 szt. +30,0 – 1 szt.
	RAZEM								25 szt.

- Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy
- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
 - wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
 - deklaracja zgodności, str.....oferty,
 - certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
 - parametry techniczno – Użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 8

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Paski fluoresceinowe używane do badania ciśnienia i barwienia rogówki 1 opakowanie= 100szt x 10	Op.	144					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – Użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 9

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Tono Scraper – mikromanipulator używany do zdejmowania błony granicznej wewnętrznej siatkówki (ILM)	Szt.	300					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – Użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 10

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Płyn irygacyjny BSS o pojemności 500ml w szklanych butelkach z gumowym korkiem	Szt.	1200					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 11

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej: trifenylometan o stężeniu 0,25g/l, pH 7,52 i osmolarności 306mOsm/kg, H ₂ O, fiołki o pojemności 0,5ml.	Szt.	360					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 12

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Nóż skośny 15 stopni prosty.	Szt.	1700					
2.	Nóż CRESCENT- nóż jednostronnie ostrzony zakrzywiony, matowy o kalibracji 2,3mm	Szt.	340					
3.	Nóż SLIT- nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o obustronnie ostrzonych krawędziach tnących przechodzących poza najszerszą część ostrą wykończone matowo, ze znacznikiem na długości 2,0mm o kalibracji 2,6mm, 3,0mm	Szt.	1700					
4.	Nóż grotowy TYPU MVR prosty 20G oraz 19G	Szt.	84					
5.	Nóż SIDEPORT- nóż grotowy do paracentezy, zakrzywiony o obustronnie ostrzonych krawędziach tnących wykończonych matowo o kalibracji 1,0mm; 1,2mm; 1,5mm	Szt.	54					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – uŜytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 13

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Protezy oczne w kolorach: zielony, brązowy, niebieski.	Szt.	300					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 14

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Niebieski barwnik do barwienia torebki przedniej w zaćmach dojrzałych, fiolki sterylne, pojemność 1-2ml, stężenie błękitu trepanu 0,05%	Szt.	240					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 15

Osprzęt do phacoemulsyfikatora Stellaris

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Końcówka I/A jednorazowego użytku, odgięta pod kątem 45 stopni z portem aspiracyjnym 0,3mm, średnica zewnętrzna 17G końcówka koaksjalna	Szt.	120					
2.	Igła Microflow ścięta pod kątem 30 stopni, średnica zewnętrzna 1,07mm wielorazowego użytku	Szt.	144					
3.	Witrekтом pneumatyczny 20G do przedniego odcinka z drenem irygacyjnym	Szt.	432					
4.	Głowica ultradźwiękowa sześćo-kryształowa kompatybilna ze sprzętem Stellaris	Szt.	4					
5.	Końcówka irygacyjno-aspiracyjna. Końcówka aspiracyjna 21G-0,3 mm, port aspiracyjny, końcówka irygacyjna 21G-0,5 mm, port irygacyjny	Ko mpl.	6					
6.	Przewód do diatermii kompatybilna ze sprzętem Stellars	Szt.	4					
7.	Penseta do diatermii bipolarna, prosta końcówka 0,5 mm, kompatybilna ze sprzętem Stellaris	Szt.	4					

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 16

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	Wymagana ilość w depozycie
1.	Sterylny materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o stężeniu 1% objętości 0,85ml, na bazie fermentacji bakteryjnej lepkości 280 000 – 350 000cps. Masie cząsteczkowej 1,9mlm Daltona osmolarność 307 Osm/kg	ml	5000						50 opakowań 0,85 ml
	RAZEM								

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 17

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Miostat- roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego, służący do zwężenia źrenicy, zawierający 0,1mg karbacholu w szklanych fiolkach po 1,5ml 1op=12 fiolek	Op.	40					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 18 - 1 rok

Intrector Kit aparat do iniekcji doszklistkowej oraz witrektomi- stosowane przy leczeniu endoftalmitów, oraz leczenia Starczego zwyrodnienia plamki AMD. Konstrukcja umożliwia pobranie ciała szklanego przy jednoczesnym podaniu leku w sposób bezszfowy

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Intrector Kit wielorazowe	Szt.	1					
2.	Intrector Probe jednorazowe	Szt.	5					
3.	Intrector Drape jednorazowe	Szt.	5					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 19 - 1 rok

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	GONIOVISC- Hypromellose 2% Ophthalmic Lubricant Solution (sterole) 15ml	Szt.	60					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 20

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Zestaw wiskoelastyków w sterylnym blistrze zawierający 1 ampułkostrzykawkę z 3% hialuronianem sodu i 4% chondroitynosiarczanem sodu o poj. 0,5ml oraz 1 ampułkostrzykawkę 1% hialuronianu sodu o poj. 0,55ml	Szt.	50					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 21 – 1 rok

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	<p>Zestaw do operacji zaćmy w skład wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gaziki 7,5x7,5 - przylepce 2x15cm - opatrunek oczny - fartuch jednorazowy rozmiar L - fartuch jednorazowy rozmiar M - rękawiczki do rąk papierowe jałowe s - obłożenia jednorazowe na stół 140x140cm - obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora 2szt. - strzykawki 2ml - strzykawka 10ml - kaniula 20Gx22mm zakrzywiona - kaniula 27G zakrzywiona - kaniula 25G zakrzywiona - kasetka z drenami irygacji/aspiracji oraz zestawem do podawania płynu Alcon z workiem odpływowym funkcją refleks, do aparatu Constallation - komplet osłon na tip do fakoemulsyfikacji wraz z komorą testową do aparatu Constallation - nóż Slit obustronnie ostrzony o kalibracji 2,8mm - nóż grotowy obustronnie ostrzony o kalibracji 1,2mm - tip 0,9ABS 30 do fakoemulsyfikacji do głowicy do aparatu ACCURUS 	<ul style="list-style-type: none"> zest. 1300 Szt. 4 Szt. 1 Szt. 1 Szt. 1 Szt. 2 Szt. 2 Szt. 1 Szt. 1 zest. 1 Szt. 1 Szt. 2 Szt. 1 Szt. 1 Szt. 1 zest. 1 zest. 1 Szt. 1 Szt. 1 Szt. 1 						
2.	<p>Zestaw do operacji witrektomii tylnej 20G w skład, którego wchodzi:</p>	Zest	150					

	- gaziki 7,5x7,5	Szt.	10				
	- przylepce 2x15cm	Szt.	1				
	- opatrunek oczny	Szt.	1				
	- fartuch jednorazowy rozmiar L	Szt.	1				
	- fartuch jednorazowy rozmiar M	Szt.	2				
	- rękawiczki do rąk papierowe jałowe	Szt.	2				
	- obłożenie jednorazowe na stół 140 x 140cm	Szt.	1				
	- obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyn	Szt.	1				
	- podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora 2szt.	zest	1				
	- worek na ramię i tacę	Szt.	1				
	-strzykawki 2ml	Szt.	2				
	-strzykawki 5ml	Szt.	1				
	- strzykawki 10ml	Szt.	2				
	- kaniula 20G x 22mm zakrzywiona	Szt.	1				
	- kaniula 25G zakrzywiona	Szt.	1				
	- kasetka do operacji tylnego odcinka oka do aparatu Constallation	zest.	1				
	- igła ftelowa 20G	Szt.	1				
	- zestaw do podawania oleju do aparatu Constallation	Szt.	1				
	- końcówka do lasera	Szt.	1				
	- kaniula z silikonowym końcem 20G	Szt.	1				
	- penseta do ILM	Szt.	1				
3.	Zestaw do operacji witrektomii tylnej 23G w skład, którego wchodzi:	Zest	150				
	- gaziki 7,5x7,5	Szt.	10				
	- przylepce 2x15cm	Szt.	1				
	- opatrunek oczny	Szt.	1				
	- fartuch jednorazowy rozmiar L	Szt.	1				
	- fartuch jednorazowy rozmiar M	Szt.	2				
	- rękawiczki do rąk papierowe jałowe	Szt.	2				
	- obłożenie jednorazowe na stół 140 x 140cm	Szt.	1				
	- obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyn	Szt.	1				
	- podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora 2szt.	zest	1				
	-worek na ramię i tacę	Szt.	1				
	-strzykawki 2ml	Szt.	2				

	-strzykawki 5ml	Szt.	1				
	- strzykawki 10ml	Szt.	2				
	- kaniula 20G x 22mm zakrzywiona	Szt.	1				
	- kaniula 25G zakrzywiona	Szt.	1				
	- Kasetę do witrektomii wraz z nożem 5000cc/min i zestawem drenów do aparatu Constellation	Szt.	1				
	- zestaw do podawania oleju do aparatu Constellation	Szt.	1				
	- kaniula z silikonowym końcem 23G	Szt.	1				
	- nożyczki 23G	Szt.	1				
	- pinceta do ILM 23G	Szt.	1				
	- końcówka do lasera 23G	Szt.	1				
	- igła fletowa 23G	Szt.	1				
	- oświetlacz szerokątny	Szt.	1				
4.	Zestaw do witrektomii tylnej 25G w skład, którego wchodzi:	Zest	80				
	- gaziki 7,5x7,5	Szt.	10				
	- przylepce 2x15cm	Szt.	1				
	- opatrunek oczny	Szt.	1				
	- fartuch jednorazowy rozmiar L	Szt.	1				
	- fartuch jednorazowy rozmiar M	Szt.	1				
	- rękawiczki papierowe jałowe	Szt.	2				
	- obłożenie jednorazowe na stolik 140 x 140cm	Szt.	1				
	- obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny	Szt.	1				
	- podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora 2szt.	Zest	1				
	-strzykawki 2ml	Szt.	2				
	-strzykawki 5ml	Szt.	1				
	- strzykawki 10ml	Szt.	2				
	- worek na ramię i tacę	Szt.	1				
	- kaniula 20G x 22mm zakrzywiona	Szt.	1				
	- kaniula 25G zakrzywiona	Szt.	1				
	- kasetę do witrektomii wraz z nożem 5000cc/min i zestawem drenów do aparatu Constellation	Szt.	1				
	-kaniula z silikonowym końcem 25G	Szt.	1				
	- końcówka do lasera 25G	Szt.	1				
	- igła fletowa 25G	Szt.	1				
	- oświetlacz szerokątny	Szt.	1				

5.	Zestaw do witrektomii tylnej 20G combi w skład, którego wchodzi:						
	gaziki 7,5x7,5	Szt.	10				
	- przylepce 2x15cm	Szt.	1				
	- opatrunek oczny	Szt.	1				
	- fartuch jednorazowy rozmiar L	Szt.	1				
	- fartuch jednorazowy rozmiar M	Szt.	2				
	- ręczniki do rąk papierowe jałowe	Szt.	2				
	- obłożenie jednorazowe na stół 140 x 140cm	Szt.	1				
	- obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny	Szt.	1				
	- podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora 2szt.	zest	1				
	-strzykawki 2ml	Szt.	2				
	-strzykawki 5ml	Szt.	1				
	- strzykawki 10ml	Szt.	2				
	- noże Slit 2,8 Side port 1,2	Szt.	1				
	- kaniula 20G x 22mm zakrzywiona	Szt.	1				
	- kaniula 25G zakrzywiona	Szt.	1				
	- tip prosty 0,9ABS	Szt.	1				
- osłonka na tip	Szt.	1					
- kasetę typu combined do operacji tylnego odcinka oka wraz z nożem 5000cc/min i drenami do aparatu Constellation	Szt.	1					
- końcówki do lasera	Szt.	1					
- kaniula z silikonowym końcem 20G	Szt.	1					
RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 22

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Komora wilgotna- gotowa do użycia, całkowicie szczelna, bardzo lekka, wilgotna. Komora zapewnia pożądaną wilgotność rogówki. Wykorzystywana w przypadku opadania lub zwiótczenia powiek oraz leczeniu niedomykalności powiek. Brzegi komory posiadają hipoalergiczną warstwę mocującą, samoprzylepną	Szt.	10					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet 23

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Końcówki do lasera VISULAS 532 s	Szt.	30					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty

Pakiet 24 -

L.p	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1.	Implant przeciwjaskrowy - fabrycznie załadowany i gotowy do użycia mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry - wykonany ze stali nierdzewnej osadzony na sterylnym jednorazowym iniektorze - długość 2,96 mm - średnica światła 50 µm - posiadający kanały pomocnicze - kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepieniu	Szt.	50					
	RAZEM							

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczne – Użytkowe, str.....oferty