

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5**  
**im. Św. Barbary w Sosnowcu**  
**41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168**

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 28.01.2010r.

---

**Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/10/2010 pt. „Dostawę oprzyrządowania do laparoskopii jedno i wielorazowego użycia”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie**

**Cześć nr 9,10,11,12,13,1A**

Oprzyrządowanie do laparoskopii dotyczące wyżej wymienionego przetargu są to narzędzia, które nie zawsze w pełnym asortymencie znajdują się w magazynie producenta w Niemczech. Zwyczajowo termin dostawy tego typu narzędzi wynosi ok. 4 do 6 tygodni od daty wpływu zamówienia.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy częściowych do 4 tygodni od daty zamówienia?

**Odpowiedź.**

Wyrażamy zgodę na 4 tygodnie.

**Pytanie**

**Cześć nr 9 poz 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie optyki laparoskopowej 10 mm 30° w długości roboczej 310 mm?

**Odpowiedź.**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie**

**Cześć nr 13 poz 2**

Prosimy o podanie parametrów technicznych igły laparoskopowej.

**Odpowiedź.**

Igła z uchwytem, jednoczęściowa, dwukanałowa, do litrowych butelek. Długość 25 cm max. Średnica: na początku min.8 mm, na końcu min. 5 mm.

**Pytanie****Część nr 12**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę wielorazową, czynną, haczyk typu L z uchwytem, dł. 360 mm?

**Odpowiedź.**

Tak.

**Pytanie**

- 1) w pakiecie nr 3 w pozycji nr 3 nożyczek o długości 33 cm z możliwością użycia elektrokoagulacji
- 2) w pakiecie 3 w pozycji nr 1 preparatora o długości 33 cm do preparowania tkanek z możliwością użycia elektrokoagulacji
- 3) w pakiecie 3 w pozycji nr 2 graspera chwytneho, z blokadą części roboczej o średnicy 5 mm i długości 33 cm
- 4) w pakiecie nr 1 pozycji nr 2 urządzenia laparoskopowego do szycia i wiązania ładownego z uchwytem nożycowym, dźwignią do zamykania i bocznym przyciskiem zwalniającym
- 5) w pakiecie nr 1 pozycji nr 3 ładunku jednorazowego do ładownego urządzenia do szycia laparoskopowego zawierającego nić ETHIBOND 2-0 o długości 15,24 cm

**Odpowiedź.**

1. W pakiecie nr 3 pozycja 1,2,3 dopuszczamy narzędzia laparoskopowe dł 33cm Ø 5mm
2. W pakiecie nr 1 pozycja 2,3 dopuszczamy urządzenie do szycia i wiązania ładowne z uchwytem nożycowym, dźwignie do zamykania i bocznym przyciskiem zwalniającym oraz ładunek do szycia zawierający nić ETHIBOND 2-0 dł. 15,24 cm.