

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 05.02.2010r.

**Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/23/2010 pt. „DOSTAWĄ
SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU OKULISTYKI I STACJI DIALIZ
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie

- 1) Czy Zamawiający w części I – Wózki na odpadki – dopuści zaoferowanie stelaża podwójnego o wymiarach 780x440x700 mm (dł x szer x wys)?
- 2) Czy Zamawiający w części I – Wózki na odpadki – dopuści zaoferowanie stelaża pojedynczego o wymiarach 440x440x700 mm (dł x szer x wys)?
- 3) Czy Zamawiający w części I – Wózki na odpadki – dopuści zaoferowanie pokryw ze stali malowanej proszkowo na kolor granat?
- 4) Czy Zamawiający w części II – Fotele z oparciem na kółkach do konsoli pielęgniarskiej,obrotowe – wymaga zaoferowania foteli z regulacją wysokości pneumatyczną (ręczną), czy hydrauliczną (za pomocą dźwigni nożnej)?
- 5) Czy Zamawiający w części III, poz. 1 – Wózki na brudną bieliznę – dopuści zaoferowanie stelaża pojedynczego o wymiarach 440x440x985 mm albo stelaża podwójnego o wymiarach 870x440x985 mm?
- 6) Czy Zamawiający w części III, poz.2 – Wózki na brudną bieliznę – dopuści zaoferowanie stelaża pojedynczego o wymiarach 440x440x985 mm albo stelaża podwójnego o wymiarach 870x440x985 mm?
- 7) Czy Zamawiający w części III– Wózki na brudną bieliznę – dopuści zaoferowanie pokryw ze stali malowanej proszkowo na kolor niebieski lub szary?
- 8) Czy Zamawiający w części VII– Wózek – stolik zabiegowy – dopuści zaoferowanie miski metalowej na stelażu obrotowym? Miska osadzona na stelażu obrotowym umożliwi również jej wyjęcie.
- 9) Czy Zamawiający w części VII– Wózek – stolik zabiegowy – dopuści zaoferowanie miski metalowej o pojemności 3 lub 6 L?

Odpowiedź.

Ad.1,2,3,5,6, -zgodnie z SIWZ

Ad.4 – Zamawiający wymaga zaoferowanie foteli z regulacją wysokości pneumatyczną (ręczną)

Ad. 8 – Tak.

Ad. 9 – Tak o poj. 3 litry.

Pytanie

1. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji do 75 dni?
2. Czy Zamawiający dopuści stół do pielęgnacji niemowląt bez drewnianej szafki?
3. Czy Zamawiający dopuści stół do pielęgnacji niemowląt z podręczną półką zamontowaną na stałe?
4. Czy Zamawiający dopuści stół do pielęgnacji niemowląt osadzony na stopkach z możliwością regulacji jednej z nich?
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne którego najniższa pozycja leża wynosi 450mm?
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne którego najwyższa pozycja leża wynosi 850mm?
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z regulacją oparcia pleców wynoszącą 74°?

Odpowiedź.

Ad.1, 2, 3, 4, 5, 6 - Nie

Ad. 7 – Tak

Pytanie.

Część 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie uniwersalnego dozownika łokciowego przeznaczonego do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych i myjących do rąk w opakowaniach o pojemności zarówno 500ml jak i 1l, przewidzianego do mocowania na ścianie, posiadającego wysięgnik do uruchamiania łokciem, przedramieniem lub ręką, posiadającego trwałą pompkę tłokową z możliwością regulowania dozowanej ilości preparatu (dodatkowo pompka wyposażona jest w zastawkę zabezpieczającą przed skażeniem), elementy dozownika są łatwo demontowane, co ułatwia mycie i dezynfekcję, obudowa jest jednoelementowa i wykonana z tworzywa ABS.

Dopuszczenie naszych uniwersalnych dozowników nie będzie obligować Zamawiającego do korzystania tylko ze środków jednego producenta i w konsekwencji umożliwi w przyszłości Zamawiającemu dowolność w wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty środka myjącego i dezynfekcyjnego.

Odpowiedź.

Tak

Pytanie.

Część 9

Prosimy o potwierdzenie czy dozowniki mają posiadać regulację ilości dozowanego preparatu w zakresie od 1 do 3 ml co umożliwi optymalizację zużycia środka przekładającą się na oszczędność kosztów?

Odpowiedź.

Tak

Pytanie.

Część 9

Prosimy o potwierdzenie czy dozowniki mają posiadać system /zastawkę/ zapobiegający cofaniu się dozowanego środka w ostatnim etapie dozowania, który zabezpiecza przed skażeniem produktu dozowanego w świetle pompki dozującej oraz przenoszenia się tego skażenia do pozostałego w dozowniku produktu do chirurgicznego lub higienicznego mycia i dezynfekcji rąk.

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie.**Część 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnego dozownika łokciowego przeznaczonego do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych i myjących do rąk w opakowaniach o pojemności zarówno 500ml jak i 1l, przewidzianego do mocowania na ścianie, posiadającego wysięgnik do uruchamiania łokciem, przedramieniem lub ręką, posiadającego trwałą pompkę tłokową z możliwością regulowania dozowanej ilości preparatu (dodatkowo pompka wyposażona jest w zastawkę zabezpieczającą przed skażeniem), elementy dozownika są łatwo demontowane, co ułatwia mycie i dezynfekcję, obudowa jest jednoelementowa i wykonana z tworzywa ABS.

Dopuszczenie naszych uniwersalnych dozowników nie będzie obligować Zamawiającego do korzystania tylko ze środków jednego producenta i w konsekwencji umożliwi w przyszłości Zamawiającemu dowolność w wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty środka myjącego i dezynfekcyjnego.

Odpowiedź.**Tak****Część 11**

Prosimy o potwierdzenie czy dozowniki mają posiadać regulację ilości dozowanego preparatu w zakresie od 1 do 3 ml co umożliwi optymalizację zużycia środka przekładającą się na oszczędność kosztów?

Odpowiedź.**Tak****Pytanie.****Część 11**

Prosimy o potwierdzenie czy dozowniki mają posiadać system /zastawkę/ zapobiegający cofaniu się dozowanego środka w ostatnim etapie dozowania, który zabezpiecza przed skażeniem produktu dozowanego w świetle pompki dozującej oraz przenoszenia się tego skażenia do pozostałego w dozowniku produktu do chirurgicznego lub higienicznego mycia i dezynfekcji rąk.

Odpowiedź.**Tak**