

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428 fax (032) 36 82 012

Sosnowiec 23.02.2010r.

WSS5/EP/23/2010

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

w zakresie pakietów nr VIII, X,

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

DOSTAWĄ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU OKULISTYKI I STACJI DIALIZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

W dniu 22.02.2010r do Zamawiającego wpłynęło pismo „Informacja” o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy tj. o odrzuceniu oferty firmy SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., ul.Rydygiera 8, 01-793 Warszawa z zakresie części 8 i 10 i uznaniu za najkorzystniejszą ofertę firmy Jan Trochimczyk i S-ka Linea Trade Import – Export Sp. Jawna ul. Wolności 68, 41-800 Zabrze w zakresie części nr 8 i 10.

Po przeanalizowaniu w/w pisma Zamawiający podjął decyzję o:

1. unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Jan Trochimczyk i S-ka Linea Trade Import – Export Sp. Jawna ul. Wolności 68, 41-800 Zabrze w zakresie części nr 8 i 10,
2. powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w zakresie części nr 8 i 10 zgodnie z art. 181 ust. 2 (...), „W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności(…)”

Po ponownym badaniu oferty firmy SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., ul.Rydygiera 8, 01-793 Warszawa w zakresie części 8 i 10 Zamawiający stwierdził, że treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z odpowiedzią udzieloną Wykonawcom w dniu 05.02.2010r.

Zamawiający w trakcie postępowania przetargowego dopuścił uniwersalny dozownik łokciowy przeznaczony do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych i myjący do rąk w opakowaniach o pojemności zarówno 500 ml jak i 1 litra, przewidziany do mocowania na ścianie posiadający wysięgnik do uruchamiania łokciem, przedramieniem lub ręką, posiadający trwałą pompkę tłokową z możliwością regulowania dozowanej ilości preparatu (dodatkowo pompka wyposażona jest w zastawkę zabezpieczającą przed skażeniem), elementy dozownika są łatwo demontowane, co ułatwia mycie i dezynfekcję, obudowa jest jednoelementowa i wykonana z tworzywa ABS.

W związku z przywróceniem do etapu oceny oferty firmy Schulke Polska, Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów

Nazwa kryterium	Waga – W [%]	Sposób punktowania
Cena (wartość) oferty brutto [zł]	100	Najniższa oferowana cena (wartość) oferty brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (100), każda kolejna wyższa cena otrzyma ilość punktów wyliczoną wg wzoru: $Ci = (Cn / Cx) \times Jsp \times W$ <p>Objaśnienia: Jsp – Jednolita skala punktowa – 100 pkt W – waga procentowa – 100 % Ci – ilość punktów za cenę badanej oferty Cn – cena oferty najniższej Cx – cena oferty oceniane</p>
Nazwa kryterium	Waga – W [%]	Sposób punktowania
1		Cena (wartość) oferty brutto [zł]

Wyniki oceny ofert przez Komisję przedstawia poniższa tabela.

CZEŚĆ NR 8

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium cena	Razem
2	100,00	100,00
3	47,06	47,06

CZEŚĆ NR 10

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium cena	Razem
2	100,00	100,00
3	47,06	47,06

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert i udzieli zamówienia

następującym firmom:

- firmie: Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, zakresie części nr 8 i 10 z ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia 1 100,80 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sto zł 80/100).

