

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5**  
**im. Św. Barbary w Sosnowcu**  
**41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168**

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 01.03.2010r.

---

**Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/14/2010**  
**pt. „DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA DZIAŁU CENTRALNEJ**  
**STERYLIZACJI”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie**

**PAKIET 2**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek z 10 szt. testów + przyrząd t na 5 szt. testów + przyrząd testowy?

**Odpowiedź.**

Tak Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości próbek na 5 szt. Testów+przyrząd testowy.

**Pytanie.**

**PAKIET 4**

**Poz. 3**

W opisie przedmiotu Zamawiający nie podał wymaganego rozmiaru papieru lub włókniny o wzmożonej wytrzymałości, prosimy o uzupełnienie tej informacji.

**Odpowiedź.**

Rozmiar papieru lub włókniny o wzmożonej wytrzymałości to 1200mm x 1200 mm. Zamawiający dopuści różnicę w granicach do 100 – 200 mm w górę. Nie dopuści różnicy w wielkości papieru w dół.

Pytanie.

1. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 6: Czy Zamawiający wymaga aby test do wykrywania pozostałości białek, zgodnie z normą PN EN ISO 15883 był na bazie ninhydryny?
2. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 4 (pełnego opakowania) zamiast 5 sztuk próbki testu do wykrywania pozostałości białek? Wymóg dostarczenia 5 sztuk wiąże się z rozkompletowaniem opakowania handlowego.
3. Dotyczy Pakiet nr 4, pozycja nr 2: Czy w miejsce papieru niebieskiego Zamawiający dopuści papier w kolorze zielonym lub białym?
4. Dotyczy Pakiet nr 4, pozycja nr 3: Jakiego rozmiaru papieru/włókniny wymaga Zamawiający?

Odpowiedź.

Ad.1 pakiet nr 3 poz.6.

Tak zamawiający wymaga, aby test do wykrywania pozostałości białek, zgodnie z normą 15883 był na bazie ninhydryny.

Ad.2 pakiet nr 3 poz.6.

Zamawiający do tej pozycji nie wymagał i nie wymaga próbek

Ad.3 pakiet 4 poz.2.

Zamawiający dopuści papier w kolorze zielonym, nie dopuści papieru w kolorze białym.

Ad.4 pakiet 4 poz.3

Rozmiar papieru lub włókniny o wzmożonej wytrzymałości to 1200mm x 1200 mm. Zamawiający dopuści różnicę w granicach do 100 – 200 mm w górę. Nie dopuści różnicy w wielkości papieru w dół.

Pytanie.

Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji o gramaturze 58,5 g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie.

Prosimy o podanie wymaganego przez Zamawiającego rozmiaru papieru/włókniny?

Odpowiedź.

Rozmiar papieru lub włókniny o wzmożonej wytrzymałości to 1200mm x 1200 mm. Zamawiający dopuści różnicę w granicach do 100 – 200 mm w górę. Nie dopuści różnicy w wielkości papieru w dół.

Pytanie.

5. Dotyczy zapisu wzoru umowy §9, pkt. 1. Ppkt.a: Czy Zamawiający zechce zmienić zapis:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne:

a) w wysokości 1 % **wynagrodzenia umownego brutto** za każdy dzień zwłoki, w terminie określonym w §3 ust. 4 umowy,

na zapis:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne:

a) w wysokości 1 % **wartości brutto niedostarczonej dostawy** za każdy dzień zwłoki, w terminie określonym w §3 ust. 4 umowy.

Odpowiedź.

Nie. Zgodnie z projektem umowy.