

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5**  
**im. Św. Barbary w Sosnowcu**  
**41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168**

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 25.03.2010r.

---

**Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/43/2010  
pt. „Świadczenie usług w zakresie przeglądów sprzętu medycznego”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie.**

Prosimy o sprecyzowanie zapisu „przeгляд roczny i czynności konserwacyjno-przeглядowych” Prosimy o podanie co wchodzi w skład prac dotyczących w/w zapisu.

**Odpowiedź.**

Przewidujemy następujący zakres prac w ramach przeglądu rocznego.

1. Złoże do filtra UR HiFlo2 16” wraz z dostawą i wymianą
2. Palnik do lampy UV wraz z wymianą
3. Roczny przeгляд techniczny stacji uzdatniania wody wraz z kontrolą poprawności działania wszystkich urządzeń oraz oceną bezpieczeństwa:
  - testowanie urządzenia sterującego kolumną filtra mineralnego oraz sprawdzenie poprawnego działania filtra,
  - testowanie urządzenia sterującego kolumną filtra węglowego oraz sprawdzenie poprawnego działania filtra,
  - testowanie urządzenia sterującego zmiękczaczem nr 1 oraz sprawdzenie poprawnego działania filtra,
  - testowanie urządzenia sterującego zmiękczaczem nr 2 oraz sprawdzenie poprawnego działania filtra,
  - przeгляд i sprawdzenie RO,
  - przeгляд i sprawdzenie lamp UV,
  - przeгляд i sprawdzenie układu pompowego wody po odwróconej osmozie,
  - przeprowadzenie drobnych napraw i uszczelnień oraz czynności regulacyjnych,
  - badanie jakości wody,
  - przeprowadzenie drobnych napraw i uszczelnień,
  - ocena stanu i bezpieczeństwa urządzeń Stacji Uzdatniania Wody.

Powyższe prace zostaną potwierdzone stosownym protokołem

4. Dojazd