

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 19.03.2010r.

**Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/43/2010
pt. „Świadczenie usług w zakresie przeglądów sprzętu medycznego”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie:

1. Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca typu gastrokopu w części 38, pozycja 5? (Powinno być GIF-XQ10)
2. Zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu przedmiot zamówienia w poz. 3 Videokolonoskop CF-Q165L, poz. 4 gastrokop GIF-V2 i poz. 5 gastrokop GIF-XQ10, powinien mieć wykonane 2 przeglądy rocznie w związku z tym prosimy o zmianę formularza asortymentowo-cenowego załącznik nr 1 do SIWZ i dopuszczenie na złożenie oferty, która obejmowałaby 2 przeglądy rocznie?

Odpowiedź.

Ad1.

- W pakiecie nr 38 w pozycji 5 nastąpiło przekłamanie w opisie typu aparatu. Powinno być: Gastrokop, typ GIF-XQ10, numer fabryczny 2861190.

Ad2.

- Zapis zgodny z SIWZ.