

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 23.03.2010r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/41/2010 pt.

„DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYCIA CZ.III”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie

Czy Zamawiający w Części 4 Igły do pistoletu BARD wymaga igły do pistoletu Bard Biopty czy Bard Magnum, Ref 1820 to numer katalogowy i nie wskazuje na typ pistoletu, może natomiast wskazywać na rozmiar igły, czy to ma być rozmiar 18G x 20cm?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga igły biopsyjnej do pistoletu BARD MAGNUM REF MG 1522;
Igła REF MN 1820