

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 06.04.2010r.

**Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/29/2010
pt. „DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednoczony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie.

1. Czy w zakresie części 1 i 3 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw częściowych z 2 do 7 dni? Oferowany osprzęt nie podlega magazynowaniu i jest sprowadzany od producenta zagranicznego każdorazowo na zamówienie, a to powoduje wydłużenie czasu dostawy.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu podanego w § 7 pkt 1 z 3 do 7 dni? Pozwoli to na terminową realizację reklamacji.
3. Zgodnie z zasadą ekwiwalentności, w której świadczenie jednej ze stron ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony prosimy o modyfikację zapisu dotyczącego kar umownych na następujące brzmienie:
§ 9 pkt. 1 zdanie pierwsze: niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne: a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy.

Odpowiedź.

Ad.1, 2- Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw na 4 dni robocze.

Ad.3- Nie zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę umowy.

Pytanie.

1. Dotyczy projektu umowy par. 3 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ostatniego zdania w tym ustępie?
2. Dotyczy projektu umowy par. 3 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słowa „kopia” (wraz z towarem dostarczany jest oryginał faktury)?
3. Dotyczy projektu umowy par. 5 ust. 3
Prosimy o wykreślenie z umowy stawki VAT 22% (oferowany towar może mieć inną stawkę VAT)
4. Dotyczy projektu umowy par. 7 ust. 1 i 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminów w dniach roboczych (3 dni robocze)?
5. Dotyczy projektu umowy par. 9 ust. 1a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego ustępu na „w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki (...)”?
6. Dotyczy projektu umowy par. 9 ust. 3a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminów w dniach roboczych (5 dni roboczych)?
7. Dotyczy projektu umowy par. 9 ust. 3b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminów w dniach roboczych (3 dni robocze)?
8. Dotyczy projektu umowy par. 10 ust. 2 i 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie jednego z tych ustępów (powtórzenie)?

Odpowiedź.

Ad.1. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę umowy.

Ad.2. Biorąc pod uwagę treść art.3 ust.5 projektu umowy, Wykonawca może złożyć oryginalną fakturę VAT.

Ad.3 Stawka podatku VAT określona w umowie, będzie zgodna z stawką VAT wskazaną w ofercie Wykonawcy.

Ad.4, 5, 6, 7, - Nie Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę umowy.

Ad.8 Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powtórzenia (art.10 ust.5 umowy)

Pytanie.

Część 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody z przewodem o długości 120 cm, przeznaczonym dla pacjentów o powyżej 25kg, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź.

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie.

Pakiet Nr 6 elektrody wielorazowe aparatu do cięcia i koagulacji kompatybilne z aparatem firmy ERBE

1. Pytanie do 1 (dotyczy **Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej wielorazowy z przyciskami do elektrod o przekroju 2,4 mm i długością kabla od 4 m – 5 m, wtyczką saria ICC do aparatu ICC 300**)
Czy zamawiający wymaga/dopuszcza Uchwytów elektrody monopolarnej o średnicy \varnothing 4mm z przyciskami, kablem dł.4m. ?

2. Pytanie do 2(dotyczy **Elektroda bierna (neutralna) gumowa, duża z kablem wielorazowego użytku (26 x15 cm)**)
Czy zamawiający wymaga/dopuszcza elektrodę bierną silikonową o powierzchni 500cm² (29,5x17,5cm) oraz oddzielnie kabel przyłączeniowy dł. 4m ?

3. Pytanie do 4 (dotyczy **Elektroda nożowa do uchwytu elektrody monopolarnej, wielorazowa dł.24-28 mm o przekroju 2,4 mm**)
Czy zamawiający wymaga/dopuszcza elektrodę nożową monopolarną wielorazową o średnicy \varnothing 4mm długości noża 24mm

4. Pytanie do 5 (dotyczy **Przedłużacz do elektrod nożowych do uchwytu elektrody monopolarnej, długość całkowita 15 cm o przekroju 2,4 mm**)

Czy zamawiający wymaga/dopuszcza wielorazowy przedłużacz elektrody nożowej monopolarnej o średnicy \varnothing 4mm długości 150cm?

5. Pytanie do 6 (dotyczy **Elektroda kulkowa do uchwytu elektrody monopolarnej, wielorazowa dł.24-28 mm o przekroju 2,4 mm**)
Czy zamawiający wymaga/dopuszcza wielorazową elektrodę kulkową monopolarną o średnicy trzpienia \varnothing 4mm, długości 20mm ?

Pakiet Nr 7 Elektrody jednorazowe aparatu do cięcia i koagulacji kompatybilne z aparatem firmy ERBE

1. Pytanie do 1(dotyczy **Elektroda bierna (neutralna)jednorazowego użytku podzielna bez kabla dla dorosłych pokryta hydrozelem nie odklejające się**)
Czy zamawiający wymaga/dopuszcza elektrodę jednorazową, podzieloną, pokrytą substancją zapewniającą nie odklejanie oraz współpracującą z systemem NESSY w diatermiach ERBE?

2. Pytanie do 4 (dotyczy „**Elektroda nożowa do uchwytu elektrody monopolarnej, jednorazowa teflonowa, przedłużona dł. całkowita 16,51 cm – długość robocza 2,54 cm. o przekroju 2,4 mm**”)
Czy zamawiający wymaga/dopuszcza elektrodę nożową, jednorazową, dł. Całkowita 13cm, robocza 1,9cm?

Odpowiedź.

Pakiet nr 6 pozycja 1, 2, 3, 4, 5 – tak, dopuszczamy,

Pakiet nr 7 pozycja 1, 2 – tak dopuszczamy.