

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168**

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 9.04.2010r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/52/2010 pt.

„DOSTAWA DIALIZATORÓW POLISULFONOWYCH”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie

Czy zamawiający pozwoli na zaoferowanie dializatorów z błoną syntetyczną polieterosulfonową o powierzchni odpowiednio:

1,5 m²

1,9 m²

2,1 m²

spełniających pozostałe warunki SIWZ?

Odpowiedź.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższych dializatorów.

K O M I T E T
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
Krzysztof Łobejko