

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 13.04.2010r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/52/2010 pt.

„DOSTAWA DIALIZATORÓW POLISULFONOWYCH”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie

W załączniku nr 1 prosimy o dopuszczenie dializatorów z błoną Polyethersulfone i jednocześnie w poz. 1 – prosimy dopuścić dializatory o pow. 1,4 m², w poz. 2 – o pow. 1,7m².

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dializatorów z błoną Polyethersulfone. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie dializatorów z mniejszą powierzchnią, niż wielkość podana w załączniku nr 1 do SIWZ.

D Y R E K T O R
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
Iwona Łobejko