

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168**

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 19.04.2010r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/52/2010 pt.

„DOSTAWA DIALIZATORÓW POLISULFONOWYCH”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie

Czy zamawiający dopuści w pakiecie opisanym w załączniku nr 1 w punkcie 1,2 i 3 dializatory z błoną syntetyczną z zawartością poliamidu, sterylizowane parą wodną odpowiadającą funkcjonalnie błonie polisulfonowej o powierzchni:

w punkcie 1 dializatory o pow $1,4 \text{ m}^2$

w punkcie 2 dializatory o pow $1,7 \text{ m}^2$

w punkcie 3 dializatory o pow $2,1 \text{ m}^2$

spełniających pozostałe warunki SIWZ?

Odpowiedź.

1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dializatorów z błoną syntetyczną z zawartością poliamidu, sterylizowane parą wodną odpowiadającą funkcjonalnie błonie polisulfonowej.
2. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w załącznika 1 do SIWZ, w punkcie 3 dializatora o powierzchni $2,1 \text{ m}^2$.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w załączniku 1 do SIWZ:
 - w punkcie 1 dializatora o powierzchni $1,4 \text{ m}^2$
 - w punkcie 2 dializatora o powierzchni $1,7 \text{ m}^2$

D Y K T A N O W A
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu

Anna Łobezko