

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 27.04.2010r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/88/2010 pt. ,,

**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego
użytku część IV**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści podkład pod pośladki do porodu o rozmiarach 102x112 cm, składa się z dwóch elementów:

- Fartuch zabezpieczający łóżko przed zanieczyszczeniami
- Stożkowaty worek z separatorem części płynnych od stałych wraz z zaworem z tworzywa sztucznego umożliwiającym odpływ płynów z worka do ich pomiaru?

Podkład: sterylny wykonany z wytrzymałego materiału odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, antyalergicznego, niepalnego, odpornego na promieniowanie UV.

Odpowiedź.

Zgodnie z SIWZ wymagamy zestawu do porodu.

Pytanie

Pakiet 4 poz.1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby w zestawie znajdował się identyfikator na rączkę.

Odpowiedź.

Zamawiający może odstąpić od wymogu zawarcia identyfikatora na rączkę wchodzącego w skład zestawu.

Pytanie

Pakiet nr 4

Czy zamawiający dopuści zestaw, w którym dodatkowo znajdują się 2 antyseptyczne rękawiczki oraz 2 zapasowe sterylne zaciski?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zestaw z dodatkowym wyposażeniem w postaci 2 sterylnych rękawiczek oraz 2 zapasowych sterylnych zacisków.

Pytanie**Pakiet nr 7 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści ostrza ze stali węglowej?

Odpowiedź.

Zgodnie z SIWZ wymagamy ostrzy wykonanych ze stali nieulegającej rdzewieniu i powstawaniu ciemnych plam i innych przebarwień.