

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5  
im. Św. Barbary w Sosnowcu  
41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1, skr. poczt. 168**

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 07.05.2010r.

---

**Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/29/2010/II  
pt. „DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie.**

Prosimy o dopuszczenie Elektrod terapeutyczny Quik Combo do defibrylatora LIFEPAK-12, które spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i posiada kabel o długości 120 cm zamiast 60cm, co jest jedynie dodatkowym atutem.

**Odpowiedź.**

Tak. Zamawiający dopuszcza elektrody posiadające kabel o długości 120 cm lub o długości 60cm.

D O T Y M I A N O W A N I E  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5  
im. Św. Barbary w Sosnowcu  
*Monika Łobiejko*