

Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Ilo ść	Cena jednostkowa netto za 1 komplet	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Kod
<p>Stymulator do głębokiej stymulacji mózgu (Skład kompletnego zestawu do jednego zabiegu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stymulator jednokanałowy typu Seletra lub równoważny 2. Elektroda domózgowa z czterema aktywnymi końcówkami o wymiarach 1,5 mm i odstępach 0,5 mm <ol style="list-style-type: none"> a) możliwość alternatywnego zamówienia elektrody domózgowej z czterema aktywnymi końcówkami o wymiarach 1,5 mm i odstępach 1,5 do 2 mm b) możliwość alternatywnego zamówienia elektrody domózgowej z czterema aktywnymi końcówkami o wymiarach 3,0 do 3,5 mm i odstępach 3,5 do 4,5 mm 3. System automatycznej fiksacji elektrody w otworze trepanacyjnym. 4. Przedłużacz do połączenia elektrody domózgowej ze stymulatorem (możliwość zamówienia zmiennych długości np. 50 i 85-100cm) <ol style="list-style-type: none"> a) Narzędzie do tunelowania celem przeprowadzenia przedłużacza 5. Zestaw sterylnych jednorazowych pięciu elektrod do mikrorekordingu oraz makrostymulacji wraz z kablami. 6. Komplet jednorazowych akcesoriów niezbędnych do dokonania implantacji i połączeń elementów systemu. 7. Zestaw sterylnych pięciu kaniul wraz ze sztyletami dostarczony z co piątym zamawianym zestawem, z możliwością ich resterylizacji. 8. Programator pacjenta – umożliwiający przezskórną weryfikację aktywności lub wyłączenia stymulatora oraz jego włączanie i wyłączanie. 	kpl	12						

<p>9. Dostarczenie i użyczenie do każdego zabiegu implantacji systemu głębokiej stymulacji mózgu aparatury umożliwiającej przeprowadzenie wielokanałowego mikrorekordingu oraz makrostymulacji.</p> <p>a) Zapewnienie wyszkolenia neurofizjologa w obsłudze powyższej aparatury neurofizjologicznej.</p> <p>10. Użyczenie Zamawiającemu mikrodrivu, kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego systemem stereotaksji, a umożliwiającemu różnoczasowe wprowadzenie pięciu elektrod do monitoringu neurofizjologicznego w układzie „+” w odstępach 2 mm, z dokładnością 0,1 mm.</p> <p>11. Użyczenie Zamawiającemu programatora lekarza na czas trwania umowy plus dodatkowe 6 lat (niezbędny jest ze względu na 6 okres diagnozowania pacjentów, którym wszczepiono stymulator) . Programator musi umożliwiać telemetryczne sterowania neurostymulatorem z opcjami regulacji co najmniej amplitudy, szerokości impulsu oraz częstotliwości.</p>														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wymagana dokumentacja:

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – użytkowe, str.....oferty.

.....
Podpis Wykonawcy
wraz z imienną pieczętą