

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1, skr. poczt. 168**

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 24.05.2010r.

**Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego 124/PNP/SW/2010
pt. „DOSTAWA STRZYGARKI CHIRURGICZNEJ Z OSTRZAMI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2009r. Nr 223, poz. 1778), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie:

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą do zastosowania bezprzewodowo z ładowarką posiadającą podstawkę dzięki której strzygarka ładuje się każdorazowo po odłożeniu jej na podstawę po zabiegu strzyżenia. Pragniemy nadmienić, że strzygarki do zastosowania bezprzewodowego są bardziej bezpieczne i nie uzależniają użytkownika od długości przewodu, a jednocześnie całkowicie wykluczają jakiekolwiek ryzyko porażenia prądem pacjenta

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na w/w strzygarkę i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie.

Prosimy o wyjaśnienie czy przez wymóg „możliwość usuwania każdego rodzaju owłosienia z różnych okolic ciała w tym usuwanie włosów krótkich „ należy rozumieć, że Zamawiający oczekuje zaoferowania strzygarki, która gwarantuje wysokość strzyżenia nie większą niż 0,3 mm co ma szczególne znaczenie na oddziałach kardiochirurgicznych

Odpowiedź.

Tak

Pytanie.

Prosimy o określenie wymaganego sposobu dezynfekcji golarki. Czy należy zaoferować strzygarkę, którą można dezynfekować zarówno przez zanurzenie w środku dezynfekcyjnym jak i doraźnie przez przecieranie środkiem dezynfekcyjnym?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza dezynfekcję doraźną przez przecieranie środkiem dezynfekcji, nie wymaga dezynfekcji przez zanurzenie.

Pytanie.

Prosimy o zmianę zapisu we wzorze umowy w § 9 ust. 1 a i b na zapis o brzmieniu:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne :

- a) w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej części danego zamówienia za każdy dzień zwłoki, w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy
- b) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę

Odpowiedź.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie.

Prosimy o dodanie zapisu we wzorze umowy w § 9 pkt. 7

„Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu w dniu składania ofert”

Odpowiedź.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie.

Prosimy o dopuszczenie strzyżarki działającej tylko bezprzewodowo. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość mycia strzyżarki pod wodą oraz dezynfekcji przez zamoczenie (strzyżarka nie ma żadnych zewnętrznych elementów wrażliwych na zamoczenie a ładowanie odbywa się indukcyjnie).

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na w/w strzyżarkę i podtrzymuje zapisy SIWZ.

D Y R E K T O R
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
ul. św. Barbary w Sosnowcu
M. Łobezko
Iwona Łobezko