

Część 1 Strzygarka chirurgiczna elektryczna do przygotowania pola operacyjnego

l.p.	nazwa	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1.	strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą , z jednorazowymi ostrzami, do zastosowania z przewodem i bezprzewodowo. Dająca możliwość precyzyjnego usuwania każdego rodzaju owłosienia z różnych okolic ciała, (usuwanie włosów krótkich i długich, suchych i mokrych). Zapewniająca minimum 60 min pracy po pełnym naładowaniu baterii. Z łatwo zdejmowanymi ostrzami.	Szt.	1						
2.	Ostrza jednorazowego użytku dostosowane do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą.	Szt.	1250						
Wartość razem									

1.

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – Użytkowe, str.....oferty

2.

Wymagana dokumentacja*: *jeśli dotyczy

- oświadczenie Wykonawcy o klasyfikacji wyrobu, str.....oferty,
- wpis do rejestru wyrobów medycznych str. oferty,
- deklaracja zgodności, str.....oferty,
- certyfikat CE (lub inne), str..... oferty,
- parametry techniczno – Użytkowe, str.....oferty

min.24 miesięczny okres gwarancyjny na strzyżarkę.

.....
data i podpis Wykonawcy

Parametry oferowanego urządzenia.

l.p.	nazwa	Parametr graniczny/ wartość	Parametry oferowanego urządzenia
1.	Nazwa produktu	podać	
2.	Numer katalogowy	podać	
3.	Producent	podać	
4	strzyżarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą, z jednorazowymi ostrzami, do zastosowania z przewodem i bezprzewodowo. Dająca możliwość usuwania owłosienia z różnych okolic ciała, usuwania włosów krótkich i długich, suchych i mokrych.	Tak, opisać	
5.	Zasilanie ładowarki 230 [V] $\pm 10\%$, 50-60 [Hz]	tak	
6.	Oferowane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji	podać	
7.	Czas pełnego ładowania akumulatora max.12 godzin	podać	
8.	Czas pracy ciągłej, min 60 min.	podać	
9.	Maksymalny ciężar strzygarki (z ostrzem)	podać	
10	Min. 24 miesięczny okres gwarancyjny	tak	
11.	Do oferty należy dołączyć katalogi i/ lub ulotki informacyjne producenta potwierdzające parametry techniczne oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim	tak	