

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5**  
**im. Św. Barbary w Sosnowcu**  
**41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1, skr. poczt. 168**

tel. (032) 36 82 428  
fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 21.05.2010r.

---

**Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego 125/PNP/SW/2010  
pt. „DOSTAWA BIELIZNY OPERACYJNEJ WIELOKROTNEGO UŻYTKU”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2009r. Nr 223, poz. 1778), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie 1**

Zamawiający wymaga w SIWZ dla Części 1 i 2 aby do oferty dołączyć wpis do rejestru wyrobu medycznego.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych oferowane produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu którymi są wpis do rejestru wyrobów medycznych lub potwierdzone zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego w Urzędzie rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Deklaracja Zgodności.

Czy Zamawiający, zatem dla Część 1 i 2 Załącznika nr 1 do SIWZ dopuszcza dołączenia do oferty wpisu do rejestru wyrobu medycznego lub potwierdzonego zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

**Odpowiedź.**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2**

Zamawiający wymaga, aby przedmiot Zamówienia z Części 1 i 2 był zgodny z normą PN-EN 13795. Na potwierdzenie tego żąda załącznika wyników badań niezależnej jednostki badawczej. Norma przed produktami stanowi wymagania standardowe lub wysokie.

**Prosimy o potwierdzenie, jakie wymagania zgodnie z normą PN-EN 13795 muszą spełniać produkty określone w Części 1 i 2 Załącznika nr 1 do SIWZ, standardowe czy wysokie?**

**Odpowiedź.**

Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795 do zabiegów standardowych.

**Pytanie 3**

Im wyższa gramatura tkaniny tym większa jej gęstość a tym samym lepsza odporność na przesiąkanie płynów oraz wytrzymałość.

**Czy Zamawiający dla Części 1 Załącznika nr 1 do SIWZ wymaga aby fartuch chirurgiczny na powierzchni krytycznej ( przód fartucha oraz rękawy) został wykonany z**

