

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu pl. Medyków 1 w trybie art. 38 ust 1 Prawa zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Zestaw pytań nr 1

Zapytania dotyczące pozycji 20 załącznika nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego - **Angiograf**

1. Dot. zał. nr 1 do Programu Funkcjonalno - Użytkowego; Wyposażenie medyczne, 20. Angiograf, Statywy/pozycjonery dla płaszczyzny A i B Płaszczyzna A pkt 10
Czy Zamawiający dopuści do oceny ofertę na angiograf, którego szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej jest $\geq 45^\circ/s$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

Zestaw pytań nr 2

Zapytania dotyczące pozycji 13 załącznika nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego – **Diatermia „A”**

1. Pytanie do pkt 8 (dotyczy Cięcia monopolarne z mocą max. 350W

Min 5 rodzajów cięcia w tym:

cięcie mieszane z min. 8 stopniami hemostazy

Cięcie w osłonie argonu

Cięcie w środowisku wodnym)

„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu dysponującego mocą znamionową 300 W oraz systemem wspomaganie cięcia, który umożliwia uzyskanie mocy chwilowej o wartości 350 W, co jest spełnieniem warunków SIWZ, a jednocześnie jest to parametr, który nie jest w sposób ciągły wykorzystywany w trakcie wykonywania zabiegów chirurgicznych, gdzie wykorzystywane są aparaty klasy „300 W” pozostałe parametry (1-5) jak w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

2. Pytanie do pkt. 12 (dotyczy: System zamykania naczyń, do min.7mm Moc min. 250W Min. 8 stopni efektu zamknięcia naczyń. Funkcja automatycznego zatrzymania pracy aparatu po zamknięciu naczyń. Sygnał dźwiękowy i wizualny.)

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z 4 stopniami efektu zamykania naczyń, posiadającego certyfikat FDE potwierdzający skuteczność zamykania naczyń” i automatyczną regulację mocy, co klasyfikuje aparat bardziej bezpiecznym, co ma szczególne znaczenie przy zamykaniu dużych naczyń?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

3. Pytanie do pkt 18 (dotyczy: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny parametrów pracy nie mniejszy niż TFT 8,4")

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym TFT 5,6" dodatkowo wyposażony w regulację jasności oraz zmianę konta obserwacji obrazu, który w sposób czytelny pokazuje wszystkie parametry pracy? ”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

4. Pytanie do pkt. 24 (dotyczy Cięcia endoskopowe z funkcją naprzemiennego cięcia monopolarnego i koagulacji miękkiej z regulowanym czasem cięcia i koagulacji. Odrębny tryb dla polipektomii oraz sfinkterotomii Min. 9 poziomów cięcia i 9 poziomów koagulacji.)

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez ciecica endoskopowego, które nie ma praktycznego zastosowania w oddziałach ratunkowych, a jest wykorzystywany wyłącznie w pracowniach gastroenterologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

5. Pytanie dotyczące aparatu A

„Czy zamawiający wymaga aparatu, w którym zamiast cięcia endoskopowego zostanie zaoferowane Twin Coag (możliwość równoczesnego, niezależnego używania ciecica i koagulacji przez 2 operatorów), którego zastosowanie w oddziale ratunkowym jest zdecydowanie większe niż w przypadku cięcia endoskopowego stosowanego w gastroenterologii?”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej z postanowieniami SIWZ.

6. Pytanie do pkt. 30 (dotyczy możliwość podłączenia dwóch butli argonowych. Automatyczne przełączenie z pustej butli na pełną.)

"Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu, do którego istnieje możliwość podłączenia dwóch butli argonowych bez automatycznego przełączenia z pustej na pełną, lecz posiadający system stałego pomiaru ilości gazu w butli oraz system wczesnego informowania o konieczności zmiany butli. Automatyczne przełączanie butli nie wpływa na funkcjonalność i efektywność pracy użytkownika?"

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

7. Pytanie do pkt. 31 (dotyczy: Przepływ argonu od 0,1 do 9,9 L z regulacją co 0,1 L)

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie przystawki argonowej z regulacją przepływu co 0,1L oraz z przepływem do 8,0 l/min który jest parametrem wystarczającym do wykonywania wszelkich procedur chirurgicznych, laryngologicznych, urologicznych i innych, co jest potwierdzone szeregiem opinii z wielu wiodących ośrodków w w/w specjalnościach?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

8. Pytanie dotyczące argonu

„Czy zamawiający wymaga argonu, który posiada automatycznie rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych połączone z automatycznym nastawianiem optymalnych parametrów pracy, dzięki czemu skróceniu ulega czas przygotowanie sprzętu w sytuacjach nagłych. Jednocześnie automatyczne rozpoznawanie przyłączonych instrumentów zapewnia większe bezpieczeństwo pacjentowi oraz zwiększa komfort pracy, co ma istotne znaczenie w sytuacjach, które mogą mieć miejsce na oddziale ratunkowym?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie będzie wymagał złożenia oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

9. Pytanie dotyczące aparatu A

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez przystawki argonowej, lecz z możliwością rozbudowy o argon, jeśli będzie taka potrzeba w przyszłości?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

10. Pytanie do pkt. 37 (dotyczy wyposażenie)

a. Dotyczy (lancet prosty 14mm argonowy dł. robocza 40mm śr. 5mm oraz elektroda argonowa do koagulacji dł. 25mm, śr.5mm

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie aplikatora do argonu z lancetem 14mm o śr.5 mm dł. roboczej 35mm, który równocześnie może być stosowany do cięcia oraz koagulacji argonowej, zastępując jednocześnie dwa rodzaje końcówek opisywanych w SIWZ?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

b. Dotyczy (Szczypce bipolarne proste, dł.160mm, szer. 1 mm (typ C)

„Czy zamawiający dopuszcza pincetę bipolarną prostą dł. 16,5 cm, szer. 1 mm, typ C?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

c. Dotyczy (Lancet prosty, owalny 25x 3,5 mm)

„Czy zamawiający dopuszcza nóż prosty o wymiarach 3,4 x 24mm, lub lancet prosty o wymiarach 1,5 x 17mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

d. Dotyczy (kabel bipolarny dł. 3m, wtyk 2 bolcowy 29mm, wtyk prosty)

„Czy zamawiający dopuszcza kabel bipolarny dł. 4 m z wtykiem kompatybilnym do proponowanego urządzenia?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

e. Dotyczy (kleszcze bipolarne zakrzywione dł. 16, szer. 3m

„Czy zamawiający dopuszcza kleszcze bipolarne zakrzywione dł. 18cm, szer. 2mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

f. Dotyczy (kleszcze bipolarne zakrzywione dł. 28cm)

„Czy zamawiający dopuszcza kleszcze bipolarne zakrzywione dł.24cm?”

Pozostałe wyposażenie zawarte w pkt.37 jak w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

11. Pytanie do pkt 37 (dotyczy wyposażenia)

„Czy zamawiający wymaga elektrody neutralnej jednorazowej z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym, współpracującej z systemem NESSY w diatermii, zapewniającym stały pomiar oporności w miejscu przyklejenia elektrody biernej, co zapewnia optymalną ochronę pacjenta przed poparzeniem podczas stosowania diatermii chirurgicznej. Jednocześnie stosowanie elektrody jednorazowej eliminuje potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne dla personelu oraz poszczególnych pacjentów przyjmowanych w oddziale ratunkowym?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

12. Pytanie dotyczące aparatu A

"Czy Zamawiający wymaga dołączenia do Oferty dokumentów potwierdzających skuteczność zamykania dużych naczyń wystawionych przez niezależne instytucje badawcze: TUV, FDA, in, tj. dokumentów nie będących opracowaniem własnych Klinik lub Oddziałów szpitalnych stanowiących nieobiektywne źródła badawcze wykonane na ograniczonym materiale porównawczym?"

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał złożenia oferty, w której dołączone zostaną dokumenty wymienione w zapytaniu, lecz dopuszcza ich złożenie.

13. Pytanie dotyczące aparatu A

„Czy zamawiający wymaga urządzenia z wyświetlaczem, na którym będą wyświetlane parametry pracy tylko aktualnie aktywowanego instrumentu, co zapewnia operatorowi lepszą przejrzystość podczas używania sprzętu zwłaszcza w sytuacjach nagłych?"

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej z postanowieniami SIWZ.

14. Pytanie dotyczące aparatu A

„Czy zamawiający wymaga przedstawienia kart katalogowych oferowanego aparatu i oferowanego wyposażenia, w których będą potwierdzone wszystkie deklarowane przez zamawiającego parametry techniczne?"

Odpowiedź: Zamawiający sugeruje złączenie kart katalogowych oferowanego aparatu i oferowanego wyposażenia do oferty, jednakże nie będzie wymagał ich złożenia na tym etapie postępowania przetargowego.

15. Pytanie dotyczące aparatu A

„Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość rozbudowy, integracji, o poszczególne urządzenia, oprogramowania (np. argon, odsysacz dymów z pola operacyjnego lub dodatkowe oprogramowania np do mikrochirurgii, programy endoskopowe, program umożliwiający równoczesne używanie dwóch koagulacji) w jednolity system sterowania z tej samej jednostki sterującej, potwierdzone załączeniem stosownej dokumentacji (prospekty, instrukcje obsługi urządzeń mogących współpracować z jednostką centralną „diatermią“)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie będzie wymagał złożenia oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

Zapytania dotyczące pozycji 14 załącznika nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego – **Diatermia „B”**

1. Pytanie do pkt 16 (dotyczy: Maksymalna moc cięcia monopolarnego w zakresie max. Nie mniej niż 350W. Min. 6 rodzajów cięcia monopolarnego (w tym cięcie w środowisku wodnym)

„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu dysponującego mocą znamionową 300 W oraz systemem wspomaganie cięcia, który umożliwia uzyskanie mocy chwilowej o wartości 350 W, co jest spełnieniem warunków SIWZ, a jednocześnie jest to parametr, który nie jest w sposób ciągły wykorzystywany w trakcie wykonywania zabiegów chirurgicznych, gdzie wykorzystywane są aparaty klasy „300 W” pozostałe parametry jak w SIWZ?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

2. Pytanie dotyczące aparatu B

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez cięcia bipolarnego oraz cięcia w środowisku wodnym, które wykorzystywane są wyłącznie w zabiegach urologicznych z zastosowaniem resektoskopu bipolarnego a nie mają widocznego zastosowania w oddziale ratunkowym?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

3. Pytanie do pkt.37 (Wyposażenie)

a. Dotyczy (Lancet prosty, owalny 25x 3,5 mm)

„Czy zamawiający dopuszcza nóż prosty o wymiarach 3,4 x 24mm, lub lancet prosty o wymiarach 1,5 x 17mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

b. Dotyczy (nóż prosty 25mm)

„Czy zamawiający dopuszcza nóż prosty o dł. 24 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

c. Dotyczy (kabel bipolarny dł. 3m, wtyk 2 bolcowy 29mm, wtyk prosty)

„Czy zamawiający dopuszcza kabel bipolarny dl. 4 m z wtykiem kompatybilnym do proponowanego urządzenia?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

d. Dotyczy (szczypce bipolarne proste, dł.160mm, szer. 1 mm (typ C)

„Czy zamawiający dopuszcza pincetę bipolarną prostą dł. 16,5 cm, szer. 1mm, (typ C)?”
Pozostałe wyposażenie zawarte w pkt.37 jak w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

16. Pytanie do pkt 37 (dotyczy wyposażenia)

„Czy zamawiający wymaga elektrody neutralnej jednorazowej z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym, współpracującej z systemem NESSY w diatermii, zapewniającym stały pomiar oporności w miejscu przyklejenia elektrody biernej, co zapewnia optymalną ochronę pacjenta przed poparzeniem podczas stosowania diatermii chirurgicznej. Jednocześnie stosowanie elektrody jednorazowej eliminuje potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne dla personelu oraz poszczególnych pacjentów przyjmowanych w oddziale ratunkowym?”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej z postanowieniami SIWZ.


17. Pytanie dotyczące aparatu B

„Czy zamawiający wymaga urządzenia z wyświetlaczem, na którym będą wyświetlane parametry pracy tylko aktualnie aktywowanego instrumentu, co zapewnia operatorowi lepszą przejrzystość podczas używania sprzętu zwłaszcza w sytuacjach nagłych?”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej z postanowieniami SIWZ.

Zestaw pytań nr 3

Zapytania dotyczące punktu 2.5.3.4. „Wentylacja i klimatyzacja” załącznika nr 1 do SIWZ Programu Funkcjonalno-Użytkowego



Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2006r z późn. Zm.

O które rozporządzenie Ministra Zdrowia chodzi?

Odpowiedź: Informuje, iż Zamawiającemu chodzi o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dz.U. z 2006 nr 213 poz. 1568 wraz, z późn. zm.

Zestaw pytań nr 4

Zapytania dotyczące pozycji 2 załącznika nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego – **Respirator stacjonarny**

Dotyczy pozycji 2 pkt. 61

Czy zamawiający dopuści respirator wyposażony w limit ciśnienia dla wentylacji kontrolowanej ciśnieniem z docelową objętością, wentylacji wspomaganej objętością bez trybu kompensacji oporów rurki intubacyjnej? Uzasadnienie:

W trybie z docelową objętością reguluje się ciśnienie wdechu. Aparat stara się dobrać tak ciśnienie wdechu, aby pacjent spontanicznie oddychał z docelową objętością oddechową. Istnieje niebezpieczeństwo, że aby osiągnąć zadaną docelową objętość, aparat poda bardzo wysokie ciśnienie (np. jeżeli ustawiono zbyt wysoką objętość docelową). Dlatego w tym trybie ustawia się ciśnienie graniczne, aby nie uszkodzić płuc pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty, w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.


Zapytania dotyczące pozycji 7 załącznika nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego – **monitor funkcji życiowych**

Dotyczy pozycji 7 pkt. 64 oraz pozycji 8 pkt 69

W związku z odpowiedzią na pytanie dotyczące monitorów funkcji życiowych pkt. 64 oraz dotyczące aparatów do znieczulenia sekcja monitor hemodynamiczny pkt. 69 czy zamawiający dopuści do zaoferowania monitora, które wyposażone są we wszystkie elementy (złącza, itp.) umożliwiające późniejszą rozbudowę o moduł lub urządzenie do pomiaru ciągłego rzutu minutowego metodą PICCO.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej z postanowieniami SIWZ.

Kopie:
a/a

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca DYREKTORA ds. Organizacyjnych
Prawnych i Polityki Personalnej

Maria Brzezińska

