



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawa komory wilgotnej i opatrunków sterylnych** Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w trybie art. 38 ust 1 Prawa zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Dot. części 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga opatrunków ocznych składających się z 28- nitkowej gazy wewnątrz, w której umieszczony jest wkład chłonny w postaci owalnego, dopasowanego do kształtu oczodołu wykroju waty opatrunkowej?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie oferty na opatrunek oczny składający się z 28- nitkowej gazy wewnątrz, w której umieszczony jest wkład chłonny w postaci owalnego, dopasowanego do kształtu oczodołu wykroju waty opatrunkowej.

Pytanie nr 2

Dot. część nr 2 poz. 1

Jaką warstwowość opatrunku ocznego Zamawiający miał na myśli? 2- warstwowy czy 4 - warstwowy?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie oferty na opatrunki oczne 2- warstwowe lub 4 – warstwowe.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu

Iwona Łobejko