



Sosnowiec, dn. 18.08.2010r.

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i materiałów eksploatacyjnych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej nr postępowania 161/PNE/SW/2010

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu pl. Medyków 1 w trybie art. 38 ust 1 Prawa zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część nr 23

Co dokładnie oznacza określenie „do nadruku w systemie cyfrowym”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż płyta musi umożliwiać wykonanie nadruku.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część nr 23 Poz. 1

Zamawiający wymienia „płyty cd z plusem” Wszystkie płyty cd oznaczają się symbolem cd-r, bez znaku „-” lub „+”. Jak dokładnie płyty Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje „płyty cd z plusem” i oczekuje złożenia oferty na płyty oznaczone symbolem cd – r .

Pytanie nr 3

Rozdział II SIWZ. Załącznik nr 4 – wzór wykazu dostaw

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie łącznych wartości przedmiotów zamówienia – dla części 22 i 23 – o połowę?

Podane kwoty przewyższają realną wartość tych pakietów, a obniżenie wymagań dla tych części pozwoliłoby przystąpić do postępowania liczniejszej grupie wykonawców, a więc uzyskać atrakcyjniejsze oferty. Dodatkowo Zamawiający oczekuje w SIWZ realizacji przedmiotu zamówienia w okresie 24 m-cy od daty udzielenia zamówienia. co każe przypuszczać, iż całość zostanie podzielona na dostawy częściowe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Paragraf 8 ust 5

Prosimy o wykreślenie zapisu w paragrafie 8 ust 5

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Paragraf 8 ust 1 pkt a)

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„w wysokości 1 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki, w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści złożenie oferty na produkty równoważne, tj. w 100% kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego strzykawkami automatycznymi firmy Medrad z zastrzeżeniem złożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy, stanowiącego gwarancję kompatybilności?

Pl. Medyków 1

41-200 Sosnowiec
centrala
tel.: 032 368 20 00
sekretariat
tel.: 032 368 27 01
032 368 21 01
fax.: 032 368 20 32

www.wss5.pl

NIP: 644-28-76-726
Regon: 000296495

konto: 50 1020 2498 0000 8102 0433 8091

Zamawiający otrzymując niniejsze oświadczenie, otrzymuje gwarancję kompatybilności oraz jakości którą jest w stanie potwierdzić jedynie producent wkładów, a nie serwis czy producent urządzenia. Na całym świecie istnieje wielu producentów wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy. My jesteśmy jednym z nich. Nasze wyroby posiadają wszystkie certyfikaty jakości i deklaracje zgodności, a produkowane są w Niemczech (nie jak większość produktów równoważnych w Chinach). Proponowany przez nas sprzęt medyczny jest wysokiej klasy. Nadmieniamy, iż w/w oświadczenie może przedłożyć nie tylko jeden Wykonawca, działający na terenie RP. W związku z powyższym w trosce o uczciwą konkurencję, wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu.

Odpowiedź: Tak, jeżeli firma gwarantuje że produkt jest w 100% kompatybilny z używaną przez nas aparaturą i zapewni właściwą jakość wykonywanego badania.

Pytanie nr 7

część 22 pozycja 1 oraz część 23 pozycja 1

W przypadku płyt CD nie występują płyty „z plusem” i „minusem”, dostępne są jedynie płyty CD-R (gdzie „-” oznacza myślnik). Proszę o wyjaśnienie, jakie płyty ma na myśli Zamawiający w części 22 pozycja 1 oraz części 23 pozycja 1?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje „płyty cd z plusem” i oczekuje złożenia oferty na płyty oznaczone symbolem cd – r oraz płyty cd – r do nadruku atramentowego.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający, w zakresie Części nr 17 dopuści złożenie oferty na produkty równoważne (zgodnie ze stosownymi regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych) z zastrzeżeniem złożenia wraz z ofertą, potwierdzonego przez producenta w/w wstrzykiwacza kontrastu, bądź jego autoryzowanego przedstawiciela i/lub serwis w Polsce, oświadczenia Wykonawcy:

1. Ze zaproponowane produkty równoważne wykazują w 100% cechy produktu oryginalnego (dotyczy składu fizyko-chemicznego, reakcji i wpływu na kontakt z organizmem ludzkim oraz gwarantowanej jakości badania),
2. że zaproponowane produkty równoważne są w 100% kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Vistron CT (nr seryjny aparatu 50165)?

Odpowiedź: Tak, jeżeli firma gwarantuje że produkt jest w 100% kompatybilny z używaną przez nas aparaturą i zapewni właściwą jakość wykonywanego badania.

Pytanie nr 9

Pytanie do pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Spirale embolizacyjne do tętniaków o parametrach:

- odczepiane mechanicznie z możliwością repozycjonowania
- o średnicach od 1.5 mm do 20 mm;
- długościach od 1.0 cm do 55 cm
- o różnych rodzajach grubości i twardości (HELICAL Soft; HELICAL Standard; DOUBLE J Soft; 3 D standard)?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

Pytanie nr 10

Pytanie do pakietu nr 1 poz 2

Czy Zamawiający dopuści mikrocewnik do wprowadzania spiral do tętniaka o parametrach:

- średnica 1.9/2.1 i 2.1/2.8
- długość 155 cm
- dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3 cm;
- pokrycie hydrofilne

Zbudowany jako podwójna odwrócona spirala. Rekomendowany przewodnik 0,014”

Dostępne cewniki proste oraz o ukształtowanych zakończeniach?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

Pytanie nr 11

Pytanie do pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści mikroprowadniki o parametrach:

- średnice 0,007; 0,009; 0,012; 0,014,
- kompatybilne z mikrocewnikiem,
- różne typy końcówki dystalnej (prosty, „J”, 45 stopni,
- dostępny w różnych wersjach sztywności?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

Pytanie nr 12

Pytanie do pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści Stent do remodelingu wraz z systemem dostawczym o parametrach:

- średnica Steniu od 2,5 do 7,5 mm
- długość od 12 do 95 mm
- z możliwością wprowadzania i wyprowadzania Steniu do mikrocewnika z systemem odszczepiania uwarunkowanym obecnością dwóch spiralnych markerów
- minimalne skracanie stentu przy rozprężaniu
- giętkość pozwalająca na układanie na krzywiznach naczyniowych

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

Pytanie nr 13

Pytanie do pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń o parametrach:

- do tętniaków na podziale tętnicy, długość balonu od 7 mm do 20 mm
- Pokrycia hydrofilne
- Symetryczne rozprężanie się balonu
- 2 platynowe markery?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

Pytanie nr 14

Pytanie do pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści balon do remodelingu w prostych odcinkach o parametrach:

- do tętniaków na prostych odcinkach, długość balonu od 10 mm do 30 mm
- Pokrycie hydrofilne
- Symetryczne rozprężanie się balonu
- 2 platynowe markery?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

Pytanie nr 15

Pytanie do pakietu nr 11 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne zbrojone mózgowe o parametrach:

- średnica 5F, długość 100 cm,
- do stosowanie z przewodnikiem 0,038”
- różne typy: amplatz, mani headhunter, simmons?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w której zastosowane zostanie rozwiązanie określone w zapytaniu.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w związku z modyfikacją SIWZ postępowania nr 161/PNE/SW/2010 pt.: „**Dostawa sprzętu jednorazowego i materiałów eksploatacyjnych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej**” oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu,

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, Kancelaria – pokój D – 0 – 2 do 10.09.2010 r. do godziny 10:00.

Jednocześnie zmianie ulega termin wpłaty wadium, będącego warunkiem udziału w postępowaniu, które winno wpłynąć na konto Zamawiającego podane w SIWZ do dnia 10.09.2010 do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 10.09.2010 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Zamawiającego pokój B – 1 -3.

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem
Krzyszyna Szykuła