



Sosnowiec, dn. 19.08.2010r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego 174/PNE/SW/2010 pt. „**Dostawa sprzętu do zabiegów endowaskularnych w tętnicach obwodowych**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

#### **Pytanie 1**

1. Prosimy o zmianę terminu na 7 dni lub 5 dni roboczych i dopisanie, że bieg terminu realizacji zamówienia przekazanego w każdy piątek rozpoczyna się w poniedziałek?

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę umowy.

#### **Pytanie 2**

1. Prosimy o wykreślenie zapisu w art.3 pkt4 „ w jednorazowej dostawie” i „ Nie zrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia częściowego traktowane będzie jako zwłoka w realizacji całego zamówienia częściowego”?

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę umowy.

#### **Pytanie 3**

1. Ze względu na długi okres zawarcia umowy do powyższego postępowania prosimy o dospanie możliwości zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub opłat celnych.

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 16. ...” *Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku:*

*- zmiany stawki podatku VAT wpływającej na wynagrodzenie Wykonawcy;...”*

#### **Pytanie 4**

1. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2 – 0,5 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę umowy

Pl. Medyków 1

41-200 Sosnowiec  
centrala  
tel.: 032 368 20 00  
sekretariat  
tel.: 032 368 27 01  
032 368 21 01  
fax.: 032 368 20 32

www.wss5.pl

NIP: 644-28-76-726  
Regon: 000296495

konto: 50 1020 2498 0000 8102 0433 8091

### **Pytanie 5**

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 10 % wartości niezrealizowanej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę umowy

### **Pytanie 6**

Czy w art.5 Zamawiający nie pomylił się wpisując stawkę VAT 22%

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, iż w § 5 pomylił się wpisując stawkę VAT 22%.

Zapis otrzymuje następujące brzmienie:

**§ 5 ust.3.** Łączna wartość przedmiotu umowy w pełnym zakresie rzeczowym według cen określonych w załączniku numer 1 do umowy wynosi:

- **wartość netto** .....zł (słownie:..... złotych),
- **podatek VAT** w stawce .. %tj. ....zł (słownie:..... złotych),
- **wartość brutto** .....zł (słownie:..... złotych).

### **Pytanie 7**

Czy w części nr 1 pozycja 1 Zamawiający dopuszcza również sterty samorozprężalne o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 mm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ tzn. w części nr1 pozycja nr 1 wymaga złożenia oferty na sterty samorozprężalne – średnica od 5 do 10 mm.

### **Pytanie 8**

Czy w części nr 1 pozycja 2 Zamawiający dopuszcza również sterty samorozprężalne o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 mm i systemie wprowadzania 120 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ tzn. w części nr1 pozycja nr 2 wymaga złożenia oferty na sterty samorozprężalne – średnica od 5 do 10 mm; długość układu wprowadzającego 135 cm.

### **Pytanie 9**

Czy w części nr 1 pozycja 3 Zamawiający dopuszcza również cewniki balonowe uniwersalne o średnicach od 3-12 mm i długościach 10 do 100 mm oraz układzie wprowadzającym 40, 80, 110, 135 cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

#### **Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza cewniki balonowe uniwersalne o średnicach od 3-12 mm i długościach 10 do 100 mm oraz układzie wprowadzającym 40, 80, 110, 135 cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 10**

Czy w częściach nr 1A pozycja 1 Zamawiający dopuszcza również stenty na balonie o następujących parametrach;

- stent kobaltowo- chromowy lub stalowy;
  - długość systemu wprowadzającego 80, 135, 142 cm;
  - stenty o średnicy 3 do 10 ,
  - długość stentów 12 do 80 mm;
  - średnica kanału środkowego 0.035"; 0.018"; 0.014"
- pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź.**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza stenty na balonie o następujących parametrach;

- stent kobaltowo- chromowy lub stalowy;
  - długość systemu wprowadzającego 80, 135, 142 cm;
  - stenty o średnicy 3 do 10 ,
  - długość stentów 12 do 80 mm;
  - średnica kanału środkowego 0.035"; 0.018"; 0.014"
- pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5  
im. św. Barbary w Sosnowcu

*Idona Łobejko*